



„...*Twoje zdrowie jest dla nas ważne...*”

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddębice, dn. 04.04.2019 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/85/2019

Dotyczy: „Dostawy aparatu do elektrochirurgii z wyposażeniem dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3331/1/2019

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę aparatu do elektrochirurgii z wyposażeniem dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

- Pytanie 1. Przedmiot zamówienia Punkt 2 - Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. , reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 2. Przedmiot zamówienia Punkt 3 - Czy zamawiający dopuści kabel o długości 4,5 m , reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości 4,5 m.
- Pytanie 3. Przedmiot zamówienia Punkt 9 - Czy zamawiający „Nożyczki bipolarne do cięcia i koagulacji długość 35 cm” jako narzędzie laparoskopowe bipolarne z nożyczkami do cięcia i koagulacji?
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 4. Przedmiot zamówienia punkt 9 - Zamawiający w tym punkcie nie określił precyzyjnie wymiarowania narzędzia. Czy zamawiający dopuści nożyczki bipolarne, gdzie tubus ma długość 34 cm.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 5. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 14 - Czy zamawiający dopuści aparat w którym są dwa gniazda monopolarne z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi, dwa gniazda bipolarne z rozpoznawaniem narzędzi (bipolar i system zamykania naczyń, z możliwością rozszerzenia na resekcje i pracę symultaniczną) i gniazdo neutralne.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 6. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 15 - Czy zamawiający dopuści aparat w którym gniazda monopolarne i bipolarne są wykonane w standardzie ERBE ValleyLab, BOWA w opcji BOVI(8 mm).
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 7. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 29 - Czy zamawiający poprzez wymóg wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez funkcję Auto Start , może określić jaką zwłokę ma mieć system auto start przy zamykaniu naczynia (tętnicy) np.4 mm lub zgodnie z punktem 26 te same specyfikacji 7 mm i czy jest to potwierdzone poprzez badania kliniczne. Jeśli zamawiający nie mógłby określić zwłoki auto startu , prosimy o wykreślenie tego parametru z z specyfikacji. Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 8. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 40 - Czy zamawiający dopuści długość roboczą narzędzia 360 mm , reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 9. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 43 - Czy zamawiający dopuści laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), z końcówką Maryland, reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 10. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 44 - Czy zamawiający dopuści nożyczki laparoskopowe w których tubus ma długość 34 cm.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 11. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 46 - Czy zamawiający dopuści długość kabla 4,5 m, reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości 4,5 m.
- Pytanie 12. Wymagane parametry techniczne dla aparatu do elektrochirurgii: punkt 47 - Czy zamawiający dopuści : elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydelka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.
Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu
prof. nadzw. dr hab. n. med. M. Nankowski