

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddebice, dn. 24.04.2019 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/ AN2/2019

Dotyczy: „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/3/2019

Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1. Pakiet 5 - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poprzez „Nitka wchłaniałna płcioną powlekana o podtrzymywaniu tkanek 4-5 tyg. Antybakteryjna” rozumie i będzie wymagał „szew pleciony, wchłaniałny, powlekany, z dodatkiem triclosanu – substancji antybakteryjnej o szerokim spektrum działania, efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w nici.
- Pytanie 2. Pakiet 10 - Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poprzez „nitka syntetyczna monofilament wchłaniałny, siła podtrzymywania 40-70% po 28 dniach, całkowity okres wchłaniania do 238 dni – antybakteryjna” rozumie i będzie wymagał „szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniałny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem triclosanu – substancji antybakteryjnej o szerokim spektrum działania, okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, siła podtrzymywania 40-70% po 28 dniach. Okres wchłaniania 182 - 238 dni, igła o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w nici.
- Pytanie 3. Pakiet 15 pozycja 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 15 w Pozycji 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, dwa rzędy zszywek ze stopu tytanowego, system obrotowego ostrza, zewnętrzna średnica kowadełka 29,5mm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 4. Pakiet 15 pozycja 2 - Czy Zamawiający w Pakiecie 15 w Pozycji 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek

w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, dwa rzędy zszywek ze stopu tytanowego, system obrotowego ostrza, zewnętrzna średnica kowadełka 33,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Pakiet 15 pozycj 2 - Czy Zamawiający w Pakiecie 15 w Pozycji 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również równoważny asortyment w postaci jednorazowego staplera liniowego z nożem, kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowny, 55 mm, o długości linii szwu 57 mm, linii cięcia 53mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu
lek. med. Urszula Marjańska