



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddębice, dn. 17.06.2019 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/232/2019

Dotyczy: „Dostawy ciepłarki medycznej jednokomorowej dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/13/2019

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę ciepłarki medycznej jednokomorowej dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

- Pytanie 1. **Dotyczy poz. 7,8,9 zał. Nr 2 SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej klasy ciepłarki medycznej o wymiarach 35cm x 40cm x 62cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 2. **Dotyczy poz. 10 zał. Nr 2 SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej klasy ciepłarki medycznej posiadającej bezpieczny zakres pracy temperatur w granicach 25-42 st. C? Nie ma uzasadnienia z medycznego punktu widzenia, do podgrzewania płynów infuzyjnych dla pacjenta do temperatury wyższej niż 42 st.C. Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które pracuje w wymienionym powyżej bezpiecznym dla pacjenta zakresie.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 3. **Dotyczy poz. 11 zał. Nr 2 SIWZ** - Czy poprzez sformułowanie „mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością 0,1°C” Zamawiający dopuszcza, aby temperatura wskazywana przez wyświetlacz odpowiadała temperaturze wnętrza komory w której znajdują się płyny z dokładnością +/- 1°C? Prosimy o informację jaką metodą będzie sprawdzany ten parametr w celu jego potwierdzenia?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Ocena oferty pod kątem potwierdzenia w/w parametru zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w rozdziale VI.4.1) SIWZ.
- Pytanie 4. **Dotyczy poz. 13 zał. Nr 2 SIWZ** - Czy poprzez sformułowanie wymaganego trybu manualnego i automatycznego Zamawiający dopuszcza urządzenie, które automatycznie zapamiętuje ostatnio zadaną temperaturę i automatycznie po włączeniu jest do niej nagrzewane oraz posiada możliwość manualnej zmiany temperatury do jakiej urządzenie ma się nagrząć jeśli użytkownik stwierdzi że konieczna jest zmiana?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr **KRS 0000384815**
REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN
RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

- Pytanie 5. **Dotyczy poz. 14 zał. Nr 2 SIWZ** - Prosimy, aby Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania urządzenia bez wmontowanego tzw. „czasu” (zegarka).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 6. **Dotyczy poz. 16 zał. Nr 2 SIWZ** - Prosimy, aby Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania urządzenia posiadającego dwa zabezpieczenia: manualne i elektroniczne? Taka konfiguracja zabezpieczeń daje pewność bezpieczeństwa ogrzewania płynów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
- Pytanie 7. **Dotyczy poz. 20,21 zał. Nr 2 SIWZ** - Prosimy, aby Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wysokiej klasy ciepłarki medycznej, której moc grzałki wynosi 400W. Taka moc gwarantuje szybkie osiągnięcie temperatury wnętrza komory co przekłada się na szybkie dogrzanie znajdujących się w jej wnętrzu płynów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym zapisy SIWZ przyjmują następujące brzmienie:

➤ **Rozdział X. Pkt. 9 SIWZ:**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

**„Oferta w postępowaniu na Dostawa ciepłarki medycznej jednokomorowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia”
Sp. z o.o. w Poddębicach**

nr sprawy: PCZ/ZP/3330/13/2019”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.06.2019 r. o godz. 11:00”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

➤ **Rozdział XI. Pkt. 1 i 4 SIWZ:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Sekretariat Zarządu (Budynek Administracji, I piętro) do dnia 21.06.2019 r. do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Budynek Administracji, I piętro, w pokoju socjalnym, w dniu 21.06.2019 r., o godzinie 11:00.

W związku z powyższym, zmianie ulegają również zapisy ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednocześnie przedłużając termin:

składania ofert na 21.06.2019 r. (godzina 10:00),

otwarcia ofert na 21.06.2019 r. (godzina 11:00).

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Wiceprezes Zarządu
lek. med. Urazula Marjańska