

**SPECYFIKACJA SPRZĘTU ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI  
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW**


Lp.	Urządzenie	Producent	Nr fabryczny	Lokalizacja	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów w roku (dotyczy jednego urządzenia)
1	Sterylizator parowo-formalinowy HS6610	Getinge	2109764-080-01	Centralna Sterylizacja	1 szt.	4
2	Sterylizator parowy HS6610	Getinge	2109764-010-01	Centralna Sterylizacja	1 szt.	4
3	Sterylizator parowy HS33	Getinge	10341489	Centralna Sterylizacja	1 szt.	4
4	Suszarka S363	Getinge	W50019541	Centralna Sterylizacja	1 szt.	4
5	Myjnia-dezynfektor S-46-5	Getinge	W50019716 W50019717	Centralna Sterylizacja	2 szt.	4

**Pod pojęciem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji należy rozumieć:**

1. Przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach,
2. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów parametrów technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego,
3. Przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustaleń parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi producenta,
4. Przygotowanie sprzętu do badań technicznych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w ich badaniach,
5. Dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń,
6. Wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności.

**Pod pojęciem naprawy awaryjnej należy rozumieć:**

1. Zlokalizowanie uszkodzenia,
2. Usunięcie niesprawności urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych części,
3. Sprawdzenie poprawności działania,
4. Dokonywanie wpisu do paszportu technicznego z przeprowadzonej naprawy,
5. Wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności naprawczych.

  
Wiceprezes Zarządu  
lek. med. Urszula Marjańska

*Handwritten notes in blue ink:*  
KOO  
Hew