



PODDEBICKIE  
CENTRUM ZDROWIA  
Sp. z o.o.

*„... Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”*

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55  
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddebice, dn. 09.11.2018 r.

Wszyscy zainteresowani  
pustepowieniem

*Poddebice, 09.11.2018*

*Dotyczy: „Wykaz wykonawców przeglądów sprzętu medycznego i niekardiologicznego dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”  
DCZ/ZDZ/0009/2018*

**Odpowiedzi na pytania  
oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówienie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykaz wykonawców przeglądów sprzętu medycznego i niekardiologicznego dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

**Pytanie 1**      **Dotyczy punktu 22** - Zgodnie z załączeniem instalanta przeglądy techniczne pomp infuzyjnych oraz stacji roboczych, powinny się odbywać raz na 24 miesiące pod warunkiem, że są wykonywane zgodnie z procedurą wykonawstwa przeglądów technicznych opisaną w instrukcji, instrukcji wykonawcy przez producenta i przy zastosowaniu przyrządów pomiarowych i kalibracyjnych zgodnie z wytycznymi producenta i posiadających ważne świadectwa kalibracji. Prosimy zatem o akceptowanie tych przeglądów pomp infuzyjnych i stacji roboczych. Obecność przeglądów na rok 2019 - 100% (100% przeglądów na 24 m-cy) = 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje Punkt nr 22 w następujący sposób

PAKIET NR 22											
Lp. Nazwa (Nazwa)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030 z zestawem, stacją dokującą i wózkiem jezdny	B. Braun	2018	1	0,5	1					
2.	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2018	1	0,5	1					
								Koszt			

Pytanie 2. Pakiet nr 22 - prosimy o podanie informacji czy w cenie przeglądu pomp infuzyjnych ma być zawarta cena wymiany akumulatora?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ art. nr 5 par. 1 pkt. 2 pkt. 6. m.

Pytanie 3. W pakiecie 22 przewidzianym znajduje „Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030 z załączoną stacją dokującą i wózkiem jezdny”. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższa informacja oznacza 28 zestawów w składzie: Pompa infuzyjna Perfusor Space 8713030 – 1 szt., Stacja dokująca – 1 szt., Wózek jezdny – 1 szt. Czy też w składzie znajdującego się więcej niż jedna pompa infuzyjna, Prosimy o szczegółowe wypisanie wszystkich zestawów z podaniem numerów seryjnych poszczególnych elementów tj. pomp infuzyjnych, stacji dokujących i wózków jezdnych wg poniższego przykładu: Stacja dokująca 1 - nr Seryjny, Pompa infuzyjna 1. Numer seryjny, Pompa infuzyjna 2. Numer seryjny itd., Wózek jezdny - numer seryjny. Prosimy o podanie numerów seryjnych pomp infuzyjnych z pakiet nr 22 – poz. 2.

**Odpowiedź:**

PAKIET NR 22								
Lp.	Przedmiot zamówienia	Producent	Rok produkcji	Ilość szt.	Częstotliwość przeglądów na rok	Ilość przeglądów na 24 miesiące	Przebieg ważny do	
1	2	3	4	5	7	8	18	
1	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2018	1	0,5	1	30.04.2019	
							319867	
2	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019	
							319872	

3	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319426
4	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319429
5	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319441
6	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319445
7	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319447
8	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319448
9	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2018	1	0,5	1	20.04.2019
							319450

10	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	1	0,5	1	319455	20.04.2019
11	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	1	0,5	1	319457	20.04.2019
12	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	1	0,5	1	319462	20.04.2018
13	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	4	0,5	1	319467	20.04.2019
14	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	4	0,5	1	319471	20.04.2018
15	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	1	0,5	1	319473	20.04.2019
16	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B.Braun	2016	1	0,5	1	319475	20.04.2019

17	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2016	1	0,5	1	20.04.2019
							513175
18	Pompa Infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2016	1	0,5	1	20.04.2019
							313157
18	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2016	1	0,5	1	17.04.2020
							2839
19	Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space 8713030	B. Braun	2018	1	0,5	1	17.04.2020
							2944
19	Stacja dokująca SP z pokrywą SP Standard 8713140/8713147	B. Braun	2016	1	0,5	1	20.04.2019
							79351/00551
20	Stacja dokująca SP z pokrywą SP Standard 8713140/8713147	B. Braun	2016	1	0,5	1	20.04.2019
							79353/0433
21	Stacja dokująca SP z pokrywą SP Standard 8713140/8713147	B. Braun	2016	1	0,5	1	20.04.2019
							79351/10469

22	Stacja dokująca SP z pokrywą SP Standard 8713140/8713147	B.Braun	2016	1	0,5	1	20.04 2019
						79355/1047	
23	Stacja dokująca SP z pokrywą SP Standard 8713140/8713147	B.Braun	2016	1	0,5	1	20.04 2019
						79361/1047	
24	Wózek jezdny do stacji dokującej APAR-1 Typ AP-3	B.Braun	2016	1	0,5	1	20.04 2019
25	Wózek jezdny do stacji dokującej APAR-1 Typ AP-3	B.Braun	2016	1	0,5	1	20.04 2019
26	Wózek jezdny do stacji dokującej APAR-1 Typ AP-3	B.Braun	2016	1	0,5	1	20.04 2019
27	Zasilacz SPE-II 8713121 130	B.Braun	2016	2	0,5	1	20.04 2019
28	Uchwyt mocujący pompy 8713130	B.Braun	2016	1	0,5	1	20.04 2019

**Pytanie 4.** Dotyczy pakietu 110 - Informujemy, że sterownik GA630 wraz z ładowarką GA604 oraz baterią GA663 są on i ewna wycofane z obsługi szpitalowej przez producenta. Części zamienne dla tych urządzeń nie są już dostępne. Możliwa jest wykonanie przeglądu stwierdzeniego sprawnego lub niesprawnego urządzenia ale nie ma możliwości ich naprawy.  
**Odpowiedź:** Należy wykonać przegląd i stwierdzić sprawność urządzenia do dalszej eksploatacji lub wygrać części lub rozwiązanie techniczne, niesprawności.

**Pytanie 5.** Dotyczy pakietu nr 110 - Prosimy o dokładne informacje reż składu i wyposażenia Jednostki dla urządzeń wyszczególnionych w tym pakiecie. Ponadto dla wyceny oferty przetargowej jest istotne oraz typy i numery seryjne wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu. Nie ma możliwości utworzenia oferty tylko na podstawie określenia „Wielarka -

pistoletowe. Skład takich zestawów w różnych szpitalach może być całkowicie inny. Zamawiający uważa że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest zobowiązany do egzekwowania zamówienia w sposób jednorodny i wyczerpujący z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sprawnienie oferty.

Odpowiedź:

PAKIET NR 113						
Op.	Przedmiot zamówienia	Producent	Rok produkcji	Ilość szt.	cenę fabryczną	do klody
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wielkanoc – pistoletowe Pneuma: COMFORT GA437	Aesculap	2002	1	2052	21.10.2018
2.	Naszyjnik pneumatyczny/ z sprężonego powietrza powietrza GA485R	Aesculap	2002	1	1420	21.10.2018
3.	Pila Comfort GB430	Aesculap	2002	1	680	21.10.2018
4.	Uchwyt szybko-łączący GB 416R,	Aesculap	2002	1	778	21.10.2018
4.	Uchwyt drutu GB 417R	Aesculap	2002	1	777	21.10.2018
5.	Motory GB466	Aesculap	2002	2	833	21.10.2018

Pytanie 6,

**Doręczy Pakietu nr 53 - 1. proszę informujemy, że oficjalny okres pełnego serwisowania respiratorów PR700 został już zakończony z dniem 20.12.2012, a części wymagane do wydalicy filtry siatkowe nie są już dostępne. Prosimy o wyrażenie zgody na usunięcie wymagalnych części filtry dla PR700 z pakietu 53.**

Odpowiedź: Zamawiający rozstrzyga pakiet nr 53 w następujący sposób:

PARTII NR 53												
po zmodyfikacji												
Lp.	Przeznaczenie / opis	Producent	Rok produkcji	Jednostka miarowa	Ilość szt.	Cena jednostki przed podatkiem	Ilość przed podatkiem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Wartość w zł z podatkiem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Respirator Bennett 7200	Covidien	1999	szt.	1	1	2					
2.	Respirator Bennett 760	Covidien	2009	szt.	1	1	2					
	sztykietka	Covidien	2013		1	1	2					
	Filtr techniczny	Covidien	2013		1	1	2					
	Filtr techniczny	Covidien	2015		1	1	2					
	Filtr techniczny	Covidien	2013	szt.	1	1	2					
					6			klasa				

Pytanie 7. W pakiecie 60 znajdują się monitor monitor anestezjologiczny DATEX OHMEDA ULTIMA który nie jest produkcji Dräger. Czy Zamawiający w celu złożenia oferty przez autoryzowany serwis, wydzieli ten monitor do osobnego pakietu.  
**Odpowiedź:** Zapły SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8. Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia i poprawienia Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietu 35,60,79,80,81,82 do SIWZ, autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?  
**Odpowiedź:** Zapły SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawca podejmuje odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie czynności przeglądowych na podstawie swojego oświadczenia. Przeglądy muszą być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu medycznego, odpowiednią wiedzą specjalistyczną i techniczną, z użyciem przewidzianych przyrządów pomiarowych posiadanych aktualną legalizację. Pracownicy serwisu obowiązani są do wymiany oryginalnych pakietów przewidzianych instrukcją przeglądową oraz przesłownictwu zaleceń co do wymiany części zamiennych w tym szybko zużywających się, akumulatorów itp. lecz nie wymaganych w czasie przeglądu. Załączenia te muszą być zawarte w protokole naprzeglądowym. Autoryzacja lub certyfikaty ze szkolenia wystawione przez producentów lub dostawców są przez Zamawiającego uznawane lecz nie wymagane, szczególnie przy braku list autoryzowanych serwisów dostarczanych Zamawiającemu.

Pytanie 9. Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietu 35,60,79,80,81,82 do SIWZ posiadania certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzeniu ojele zminowienicat wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne wykształcenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnić posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.  
**Odpowiedź:** Zapły SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga, ale nie wymaga Wykonawca podejmuje odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie czynności przeglądowych na podstawie swojego oświadczenia. Przeglądy muszą być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu medycznego, odpowiednią wiedzą specjalistyczną i techniczną, z użyciem przewidzianych przyrządów pomiarowych posiadanych aktualną legalizację. Pracownicy serwisu obowiązani są do wymiany oryginalnych pakietów przewidzianych instrukcją przeglądową oraz przesłownictwu zaleceń co do wymiany części zamiennych w tym szybko zużywających się, akumulatorów itp. lecz nie wymaganych w czasie przeglądu. Załączenia te muszą być zawarte w protokole naprzeglądowym. Autoryzacja lub certyfikaty ze szkolenia wystawione przez producentów lub dostawców są przez



Zamawiającego dopuszczane lecz nie wymagane, szczególnie przy braku list autoryzowanych serwisów w dostarczonych Zamawiającemu.

- Pytanie 10. Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjalnie technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietu 55,60,79,80,81,82 do SDWZ przedstawiane: listy urządzeń kontrolnie pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykończenia przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ posiadają bez zmian. Wykonawca podejmuje odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie czynności przeglądowych na podstawie swego oświadczenia. Przeglądy muszą być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu medycznego, odpowiednią wiedzą specjalistyczną i techniczną, z użyciem przewidzianych przyrządów pomiarowych posiadających aktualną legalizację. Pracownicy serwisu obowiązani są do wymiany oryginalnych pakietów przewidzianych instrukcją przeglądu oraz przedstawieniu zaleceń co do wymiany części zamiennech w tym szybko zużywających się, akumulacyjnych itp. lecz nie wymienionych w czasie przeglądu. Zalecenia te muszą być zawarte w protokole porządkowawczy. Autoryzacja lub certyfikaty ze szkolenia wystawione przez producentów lub dostawców są przez Zamawiającego dopuszczalne lecz nie wymagane, szczególnie przy braku list autoryzowanych serwisów dostarczonych Zamawiającemu.

- Pytanie 11. Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcją obsługi urządzeń będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga oryginalnych części.

- Pytanie 13. Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z pakietu 55,60,79,80,81,82, na dodatkowe wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nomenclatury producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzeń, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w tabeli stawiającym i na fakturze. Wynik ten będzie obowiązujący wszystkich Wykonawców:

2866726	NBP air filter	0,8 szt
MS31385	Lithium-Ion battery	2 szt
MX08153	ZESTAW 3-LETNI FABIUS CE	7 szt
MX08832	ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS	2szt
MX08834	FILTR 37MM	4szt
2866726	NBP air filter	0,8 szt
MS31385	Lithium-Ion battery	2 szt
6870846	FILTER	2szt
MX08834	BACTERIA FILTER	2szt
6870522	O-ring (black)	2szt
6870529	O-ring (green)	1szt
MX08235	2-year Vapor kit	12szt
MU12504	FILTR POWIETRZA C2000	1szt
MU24903	OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT.	1szt
MU12504	FILTR POWIETRZA C2000	1szt
MU12681	ZATRZASK SCIANKI WEWN.	4szt
MU26245	KIT, REPL MOTOR, C2000	1 szt
MU24903	OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT.	1szt
MU03664	ZAWÓR O2	1szt

MU13249	REGULATOR,PRESSURE, 40 PSI	1szt
MU25441	PCB assy, connector board, CZK	1szt
MU11572r	MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED	1szt
MU03576	LAMP,FLUORESCENT,GOLD,20W ( 2 szt)	2szt

**Odpowiedź:** Zamawiający żąda wydłużony zestawień serwisowych detalicznie i hurtowych oraz filmów zgodnie z tematyką określonymi w instrukcji obsługi urządzeń.

**Pytanie 12.** Dotyczy Pakietu nr 90: Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 3 jako sprzęt o innym przeznaczeniu, konstrukcji i budowie co pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę firm wykonawczych oraz uzyskanie korzystniejszej dla Zamawiającego ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie poz. nr 3 z pakietu nr 90. Zapisy Formularza ofertowego – cennikowego Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymują następującą treść:

PANELE DRUM												
Dokonywać:												
lp	Proszę opisać w sposób	Wzrost	Okres	Wzrost	Okres	Wzrost	Okres	Okres	Okres	Okres	Okres	Okres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zestaw do ultrasonografii	1-firm	2010									
1.	Perforator	Hebe	2010									
2.	Przebiegi odnie CIA 2*00	Fujitsu	2010									
3.	Wdrożenie systemu 10-510	Fujitsu	2010									
4.	Dodatkowe 10-510	Fujitsu	2010									
5.	Wzrost ultrasonografii	Fujitsu	2010									
6.	Testy ultrasonografii	Fujitsu	2010									

**Pytanie 14.** Dotyczy pakietu nr 91: Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 3 - MINI RIS programu archiwizacyjnego – pozycja nie jest sprzętem medycznym, wyłączenie oprogramowania nie polega na przeglądaniu, jednak może być aktualizowany przez wytwórcę oprogramowania.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 15.** Dotyczy pakietu nr 80: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowne wewnętrzne certyfikaty producenta potwierdzające uprawnienie do naprawy konkretnego typu sprzętu? Tak postawiony wyznóg pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć się przed następnym do sprzętu przez osoby nieuprawnione i nieposiadające odpowiednich kompetencji.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawca podejmuje odpowiedzialność za własne przeprowadzenie czynności przeglądowych na podstawie swojego doświadczenia. Przeglądy muszą być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu medycznego, odpowiednią wiedzą specjalistyczną i techniczną, z użyciem przewidzianych przyrządów pomiarowych posiadających aktualną legalizację. Pracownicy serwisu obowiązani są do wyznaczenia oryginalnych pakietów przewidzianych instrukcją przeglądu oraz przedstawieniu zaleceń co do wymiary części zamiennej w tym szybko zużywających się akumulatorów itp. oraz nie wymaganych w czasie przeglądu. Zalecenia te muszą być zawarte w protokole przeglądu. Autoryzacja lub certyfikaty ze szkolenia wystawione przez producentów lub dostawców są przez Zamawiającego dopuszczalne lecz nie wymagane, szczególnie przy braku list autoryzowanych serwisów dostarczanych Zamawiającemu.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 89: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w ramach przedmiotu zamówienia zostały wykonane wszystkie upgrade i zlecenie modyfikacje wymagane przez producenta danego sprzętu.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – art. 1 pkt. 2 h, m.

Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 107 pozycji nr 1 - diatermia Bechtold Elektron 160 i pozycji nr 5 – Diatermia GN300 i stworzenie pakietu składającego się wyłącznie z diatermii BMBD.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 107 poz. 1 i 5 oraz utworzenie z nich odrębnych Pakietów nr 207 i 218. Zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ przyczyniają następujące zmiany:

PAKIET NR 107												
1p	Przedmiot zamówienia	Producent	Rok produkcji	Jednostka miary	Ilość	Czas realizacji (miesiące)	Ilość przeliczeń na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT %	Wartość brutto w zł	Wartość brutto w zł/24 msc
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Diatermia ES 350 A	EMED	2004/10	szk	1	1	2					
2	Diatermia ES 310	EMED	2005	szk	1	1	2					
								Razem				

PAKIET NR 207												
1p	Przedmiot zamówienia	Producent	Rok produkcji	Jednostka miary	Ilość	Czas realizacji (miesiące)	Ilość przeliczeń na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT %	Wartość brutto w zł	Wartość brutto w zł/24 msc
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Diatermia Bechtold Elektron 160	Fujinon	2000	szk	1	1	2					
								Razem				

PAKIET NR 208												
1p	Przedmiot zamówienia	Producent	Rok produkcji	Jednostka miary	Ilość	Czas realizacji (miesiące)	Ilość przeliczeń na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT %	Wartość brutto w zł	Wartość brutto w zł/24 msc
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Diatermia GN 300	Ascendia	2008	szk	1	1	2					
								Razem				

Pytanie 18. Dot. pakietu nr 76 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę bar umowowych odpowiednio: a) z 1% na 0,5% b) z 5% na 3,5%?

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 19. Dotyczy §6 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ułożenie punktu nr 3 o następującej treści „Kazy umowne określone w § 8 nie mają zastosowania w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego”?

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 20. Dotyczy pakietu nr 25, 27, 28, 29-30: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie, czy przegląd kardiomonitorów/monitorów uwzględnić powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 5 par. 1 pkt 2 pkt h, m. Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń medycznych oraz instrukcje obsługi i konserwacji są dostępne w Dziale Technicznym „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. i można się z nimi zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Panem Jackiem Witczakiem – Głównym Specjalistą ds. Technicznych tel. 43 828 82 26, [jack.witczak@nczozpccp.pl](mailto:jack.witczak@nczozpccp.pl).
- Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 44-49: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględnić powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 5 par. 1 pkt 2 ppkt b, m. Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń medycznych oraz instrukcje obsługi i konserwacji są dostępne w Dziale Technicznym „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. i można się z nimi zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Panem Jackiem Witczakiem – Głównym Specjalistą ds. Technicznych tel. 43 828 82 26, [jack.witczak@nczozpccp.pl](mailto:jack.witczak@nczozpccp.pl).
- Pytanie 22. Dotyczy Pakietu nr 50 – 56: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględnić powinien także wymianę akumulatorów oraz pojemników serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 5 par. 1 pkt 2 ppkt b, m. Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń medycznych oraz instrukcje obsługi i konserwacji są dostępne w Dziale Technicznym „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. i można się z nimi zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Panem Jackiem Witczakiem – Głównym Specjalistą ds. Technicznych tel. 43 828 82 26, [jack.witczak@nczozpccp.pl](mailto:jack.witczak@nczozpccp.pl).
- Pytanie 23. Dotyczy Pakietu nr 59-62: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczulenia obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i nacieków gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy (ów) producenta, typu/modelu oraz roku produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 5 par. 1 pkt 2 ppkt b, m. Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń medycznych oraz instrukcje obsługi i konserwacji są dostępne w Dziale Technicznym „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. i można się z nimi zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Panem Jackiem Witczakiem – Głównym Specjalistą ds. Technicznych tel. 43 828 82 26, [jack.witczak@nczozpccp.pl](mailto:jack.witczak@nczozpccp.pl).
- Pytanie 24. Dotyczy Pakietów 59-62: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczulenia uwzględnić powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 5 par. 1 pkt 2 ppkt b, m. Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń medycznych oraz instrukcje obsługi i konserwacji są dostępne w Dziale Technicznym „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. i można się z nimi zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Panem Jackiem Witczakiem – Głównym Specjalistą ds. Technicznych tel. 43 828 82 26, [jack.witczak@nczozpccp.pl](mailto:jack.witczak@nczozpccp.pl).
- Pytanie 25. Dotyczy pakietów nr 31-62: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest i ile przeznaczonych godzin respiratorów wymienionych w SIWZ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.
- Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 5 par. 1 pkt 2 ppkt b, m. Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń medycznych oraz instrukcje obsługi i konserwacji są dostępne w

Działu Technicznym „Podlębskiego Centrum Zdrowia” sp. z o.o. i można się z nimi zapoznać po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z Panem Jacekiem Witeczakiem – Głównym Specjalistą ds. Technicznych tel. 43 828 82 26, jacek.witezak@nczwpzoz.pl

**Pytanie 26.** Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający uzupełni SIWZ o załącznik dotyczący kryteriów oceny ofert? Ze pośrednictwem niniejszego wniosku informuję, że stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 13 b)p zamawiający ma obowiązek wskazania w SIWZ opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przeliczone wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił kompletną Specyfikację Technicznych Warunków Zamówienia na stronie internetowej [www.nczwpzoz.pl](http://www.nczwpzoz.pl)

**Pytanie 27.** Dotyczy Projektu umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców obsługujących się o udzielenie przez nichowego zamówienia wdrożonego w swoich strukturach systemu normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13135:2012? Pełnienie tego rodzaju dokumentacji, systemu i atestacji jest jedną z obowiązków, która istnieje wdrażaniu proces należytego wykonania zamówienia, daje tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawca podejmuje odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie czynności przeglądowych na podstawie swojego oświadczenia. Przeglądy muszą być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu medycznego, odpowiednią wiedzą specjalistyczną i techniczną, z użyciem przewidzianych przyrządów pomiarowych posiadających aktualną legalizację. Pracownicy serwisu obowiązani są do wyznaczenia oryginalnych pakietów przewidzianych instrukcją przeglądu oraz przedstawienia załączek co do wykonania części zamiennej w tym szybka zamiennej się, kasumy sterów itp. bez nie wymaganych w czasie przeglądu. Zalecenia te muszą być zawarte w protokole przegląduowym.

**Pytanie 28.** Dotyczy Pakietów nr 29, 45, 52, 62 – Czy Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty ceny części i akcesoriów przewidzianych przez producenta do określonej wymiaru z powołane zgodnie z §1 ust. 2 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ par. 1 pkt. 2 pkt b, m.

**Pytanie 29.** Dotyczy Pakietów nr 29, 45, 52, 62 - Prosimy o potwierdzenie, iż w pakiecie nr 45 opisany jest defibrylator MHOON KODHON model TEC 5331K.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 30.** Dotyczy Pakietów nr 29, 45, 52, 62 - Prosimy o podanie daty (mm-rrrr) ostatniego przeglądu technicznego urządzeń opisanych w pakiecie nr 29, 45, 52, 62. Informacje te są niezbędne do własnej kalkulacji kosztów dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego. Alternatywnie prosimy o podanie szacowanej liczby dojazdów w danym roku przegląduowym w celu wykonania czynności przeglądu technicznego urządzeń z pakietu nr 29, 45, 52, 62.

**Odpowiedź:** Pakiet nr 29 – wrzesień 2018, Pakiet nr 45 – wrzesień 2018, Pakiet nr 52 - październik - 2018, Pakiet nr 62 – marzec 2018

**Pytanie 31.** W celu porównywalności ofert w postępowaniu prosimy o doprecyzowanie elementów zestawów przeglądowych i części kaso zgodnie z załącznikiem producenta wymagają wyznaczenia podczas przeglądu technicznego urządzeń opisanych w pakiecie nr 52:

Respirator typu Extend X1 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMEA)

Przebieg zgodzić z załącznikiem producenta oraz zapisami dokumentacji technicznej w tym instrukcji serwisowej obejmując:

- Wymianę czujnika tlenu wraz z kalibracją,
- wymianę akumulatorów (2 szt. dla każdego urządzenia),
- wymianę uszczelki,
- wymiana zaworów jednocierankowych na zasilaniu tlenu i powietrze,
- przeprowadzenie testów kontrolnych zaleczonych przez producenta,

-przeprowadzenia testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

Czy Zanimawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy §1 ust. 3 wymaga kalkulacji ww. czynności w cenie oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ par. 1 pkt. 2 pkt. h, m.

Pkt. a.33. W celu porównywalności ofert w postępowaniu prosimy o doprecyzowanie elementów zestawów przeglądowych i części które zgodnie z zaleceniami producenta wymagają wymiany podczas przeglądu technicznego urządzeń opisanych w pakiecie nr 29, 45:

Kardiomonitor NIIHON KOHDEN Lifescare ML-6511UK model: BSM-6501K

Przegląd zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapisami dokumentacji technicznej w tym instrukcji serwisowej obejmuje:

- przegląd oraz testy zgodnie z zaleceniami producenta,
- aktualizacja oprogramowania do wersji 7.11.

Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353

Kardiomonitory NIIHON KOHDEN Lifescare TR.BSM-6201K

Przegląd zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapisami dokumentacji technicznej w tym instrukcji serwisowej obejmuje:

- przegląd oraz testy zgodnie z zaleceniami producenta,
- aktualizacja oprogramowania do wersji 7.11.

Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353

Defibrylator TEC 5531K NIIHON KOHDEN

Przegląd zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapisami dokumentacji technicznej w tym instrukcji serwisowej obejmuje:

- Wymiana akumulatora (raz na 2 lata),
- Przeprowadzenie testów kontrolnych zalecanych przez producenta,
- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

Czy Zanimawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy §1 ust. 2 wymaga kalkulacji ww. czynności w cenie oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ par. 1 pkt. 2 pkt. h, m.

Pkt. a.37. Prosimy o informację o dacie (mm-rrr) ostatniej wymiany akumulatora w Defibrylatorach Umiejętość TEC 5531K prod. Nihon Kohden opisanych w pakiecie nr 45. W związku z koniecznością wymiany akumulatorów w ww. urządzeniach raz na 2 lata informacja ta jest niezbędna w celu skalkulowania ceny oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ par. 1 pkt. 2 pkt. h, m.

Pkt. a.38. W celu porównywalności ofert w postępowaniu prosimy o doprecyzowanie elementów zestawów przeglądowych i części które zgodnie z zaleceniami producenta wymagają wymiany podczas przeglądu technicznego urządzeń opisanych w pakiecie nr 62.

Aparat do znieczulenia Alys 2000 prod. Air Liquide (dawniej Caspa)

Przegląd zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapisami dokumentacji technicznej w tym instrukcji serwisowej obejmuje:

Wymiana czajnika 1szt

-Wymiana Zestawu prądu słownego zawierającego:

- a) Zestaw membran modułu pacjenta
- a) Zestaw uszczelnień modułu pacjenta
- a) Filtry włosa gazów
- a) Film wentylatora
- a) Diaphragmy modułu pacjenta
- a) Oszka restrykcyjne membran pacjenta

-Testy kontrolne zgodnie z zaleceniami producenta oraz testy bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN62353

Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy §1 ust. 2 wymaga kalkulacji w/w. czynności w cenie oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ par. 1 pkt. 2 pkt b, c,

**Pytanie 35.** Proszę o wydzielenie terminu składania ofert do dnia 7.11.2018r. Obecnie wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert jest niezwykle krótki, co zmusza nas do Wykonawcom zapoznać się z ewentualnymi odpowiedziami na pytania i dostosować się do nich.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyklucza termin składania ofert do dnia 16.11.2018 r. do godziny 10:00.

**Pytanie 36.** Dotyczy bę ust. 1a: Proszę o modyfikację zapisów wzoru umowy tak aby koszty umowa za niewykonanie przeglądu w terminie określonym w §4 ust. 4 nie były od wartości ceny jednostkowego przeglądu urządzenia, którego to opóźnienie dotyczy, a nie od wartości brutto całej umowy.

**Odpowiedź:** Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 37.** Dotyczy Pakietu nr 138 -- aparat KCD z ramieniem C i torsem wizyjnym wpisali Urządwo dodatkowy podstawowy koszt wykonania przeglądów. Przedmiot zleca przeglądy raz w roku.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje pakiet nr 138 w następujący sposób.

Pakiet nr 138												
Ilość usług												
Id	Opis usługi	Opis usługi	ok. powtórzenia	okres gwarancji	okres realizacji	okres świadczenia usługi	okres realizacji usługi	okres realizacji usługi	okres realizacji usługi	okres realizacji usługi	okres realizacji usługi	okres realizacji usługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wypożyczenie aparatu RTG w urządzeniu radiogniostwowym firmy AGFA			zgodnie z załącznikiem	1	2						
2.	Złota	Usługa EBM	25,0									
3.	Kosztowniki HTP	Usługa	25,0									
4.	Średni. Diagnostyczny aparat RTG z ramieniem C i torsem wizyjnym - marka: AGFA	Usługa	25,0									
					1							

**Zamawiający przesuwa termin składania i opiewa oferta**

**W związku z tym wszystkie zapisy SIWZ przyjmują następujące brzmienie:**

➤ Rozdział III, pkt. 1 SIWZ:

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedyycznego dla placówek skierów Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, z podziałem na 208 pakietów w ilościach i częstotliwościach szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Umowa o świadczenie usług - umowy, Kod CPV: 50.42.10.00-2.

➤ Rozdział III, pkt. 9 SIWZ:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 208 pakietów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pakiety. Oferta złożona na poszczególne pakiety musi obejmować wszystkie pozycje danego pakietu.

➤ Rozdział X, pkt. 9 SIWZ:

Oferty należy złożyć w zwrócić listą kopercją, w siedzibie Zamawiającego i zamknąć w osłoniętej kopercji.

**„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice  
„Oferta w postępowaniu na Usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego  
dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach  
nr sprawy: PCZ/ZP/3330/9/2018”  
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16.11.2018 r. o godz. 11:00”**

i opatrzeć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

➤ **Rozdział XI. SIWZ:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Sekretariat Zarządu (Budynek Administracji, I piętro) do dnia 16.11.2018 r. do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Budynek Administracji, I piętro, w pokoju socjalnym, w dniu 16.11.2018 r., o godzinie 11:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy ogłoszenia o zamówieniu.

*Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.*

Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Formularza asortymentowo - cenowego przedłużając termin:

**składania ofert na 16.11.2018 r. (godzina 10:00),**

**otwarcia ofert na 16.11.2018 r. (godzina 11:00).**

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

**Wiceprezes Zarządu**

**lek. med. Urszula Marjańska**

