PODDĘBICKIE
CENTRUM ZDROWIA
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne..."

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddębice, dn. 18.09.2019 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

PCZ/ZP/354/2019
Dotyczy: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach".
PCZ/ZP/3331/7/2019

Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na *„Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach"*:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 9 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 0,7 x 120 mm, 22G, jednorazowa typu Spinocan
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 Zamawiający wymaga kaniuli dotętniczej (II generacji) zakładanej metodą „po igle" wykonanej z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG powlekanej silikonem, z zaworem suwakowo-kulkowym FloSwitch (czerwony suwak), skrzydełkami bocznymi z otworami, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Igła wprowadzająca z bocznym nacięciem z otworem w części dystalnej. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 29 dni.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie, czy w pakiecie 128 poz. 1 igły biopsyjne do biopsji stercza 18G x 15 cm kompatybilne z pistoletem firmy Bard typ Magnum zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w parametrze długość 16 cm ? Według naszej wiedzy, igły biopsyjne do biopsji stercza kompatybilne z pistoletem firmy Bard typ Magnum posiadają długość 16 cm.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy pakietu nr 128 poz. 1 w następujący sposób:

PAKIET NR 128.		CPV- 33.14.00.00-3;			*po modyfikacji*				WADIUM :	106,60 zł
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy	Próbki
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Jednorazowe igły biopsyjne do biopsji stercza 18FR, dł. 16 cm, do aparatu MAGNUM firmy BARD	szt.	100							
2.	Jednorazowe igły biopsyjne do biopsji stercza 18FR, dł. 25 cm, do aparatu MAGNUM firmy BARD	szt.	150							
				RAZEM:						

Pytanie 4. Pytanie do pakietu nr 234. Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuszcza opakowania po 125 szt. z przeliczeniem ilości wg. zapotrzebowania.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Pytanie do pakietu nr 234 - Czy Zamawiający dopuszcza papier w kolorze białym zamiast niebieskiego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6. Pytanie do pakietu nr 235 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 125mm x 200 m?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7. Pytanie do pakietu nr 236 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza opakowania po 500 szt. z przeliczeniem ilości wg. zapotrzebowania.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8. Pytanie do pakietu nr 247 - Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie 250szt.?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. Pytanie do pakietu nr 248 - Czy Zamawiający dopuszcza testy z urządzeniem PCD wykonanym z aluminium, zgodnym z wymaganymi normami?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10. **Pakiet nr 260 poz.1-3** - Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla najmniejszego opakowania handlowego zawierającego 50 sztuk elektrod?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 11. **Pakiet nr 260 poz.1-3** - Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12. **Pakiet nr 260 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera o wymiarach 55x40mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13. **Pakiet nr 260 poz.1** - Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do Holtera ma posiadać podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14. **Pakiet nr 260 poz.2 i 3** - Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o wymiarach 42x36mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15. **Pakiet nr 260 poz.2 i 3** - Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o wymiarach 44x30mm. Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16. **Pakiet nr 260 poz.2 i 3** - Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o wymiarach 45x42mm. Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17. **Pakiet nr 266 poz.1** - Prosimy o informację czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru w w/w pozycji.

Pytanie 18. **Pakiet nr 266 poz.3** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 80x25.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19. **Pakiet nr 266 poz.4** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 100x40.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 20. **Pakiet nr 266 poz.6** - Prosimy o informację czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru w w/w pozycji.

Pytanie 21. **Pakiet nr 266 poz.7** - Prosimy o dopuszczenie ww papieru w rozmiarze 50x100x300 z przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22. **Dotyczy SIWZ** - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z zapisami rozdziału VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 23. **Dotyczy SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24. **Projekt umowy – par. 3 ust.3** - Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25. **Projekt umowy – par. 1 ust. 2** - Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26. Pakiet nr 260 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w Pakiecie 260 za opakowanie jednostkowe po 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu.

Pytanie 27. Czy Zamawiający w Pakiecie 169 dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, dobrze nasączone alkoholem-nie za lekko, nie za ciężko?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28. Czy Zamawiający w Pakiecie 169 dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, dobrze nasączone alkoholem- nie za lekko, nie za ciężko?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29. Czy Zamawiający w Pakiecie 220 dopuści: Myjka higieniczna miękka dla pacjentów- wysoka gramatura włókniny: 70g/m2, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, w postaci chusteczek w rozmiarze 30x34cm, 100szt. chusteczek w rolce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia myjki w formie rękawicy i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w następujący sposób:

PAKIET NR 220.		CPV- 33.14.00.00-3			*po modyfikacji*				WADIUM:	11,00 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Myjka higieniczna miękka dla pacjentów, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, okształcie rękawicy.	szt.	5 000							2 szt.

Pytanie 30. Czy Zamawiający w Pakiecie 220 dopuści: Myjka higieniczna miękka dla pacjentów- wysoka gramatura włókniny: 70g/m2, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, w postaci chusteczek w rozmiarze 34x40cm, 300szt. chusteczek w rolce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia myjki w formie rękawicy i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w następujący sposób:

PAKIET NR 220.		CPV- 33.14.00.00-3			*po modyfikacji*				WADIUM:	11,00 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Myjka higieniczna miękka dla pacjentów, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, okształcie rękawicy.	szt.	5 000							2 szt.

Pytanie 31. Czy Zamawiający w Pakiecie 220 dopuści: Myjka higieniczna miękka dla pacjentów- wysoka gramatura włókniny: 70g/m2, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, w postaci chusteczek w rozmiarze 18x25cm, 300szt. chusteczek w rolce? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia myjki w formie rękawicy i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w następujący sposób:

PAKIET NR 220.		CPV- 33.14.00.00-3			*po modyfikacji*				WADIUM:	11,00 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Myjka higieniczna miękka dla pacjentów, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, okształcie rękawicy.	szt.	5 000							2 szt.

Pytanie 32. Pakiet nr 47 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wapna w opakowaniach 5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Proszę wycenić 63 opakowania - w przypadku opakowania o wielkości 5kg.

Pytanie 33. **Dotyczy Pakietu nr 18** - Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34. Pytanie dot. Pakietu nr 167 Pozycja 1 - GC-510 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego na dopuszczenie w postępowaniu gazy hemostatycznej z utlenionej celulozy, o niewielkich różnicach technicznych, lecz o takiej samej funkcjonalności: rozmiar 7x10cm, reszta parametrów bez zmian
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35. Pytanie dot. Pakietu nr 168 Pozycja 1 - GC-507 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego na dopuszczenie w postępowaniu gazy hemostatycznej, o niewielkich różnicach technicznych, lecz o takiej samej funkcjonalności: rozmiar 5x7cm, reszta parametrów bez zmian
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i 14 FR i długościach: Dla pozycji 3 – 12 Fr długość 15 cm, 17 cm, 14 Fr długość 17 cm; Dla pozycji 4 – 12 Fr, 14 Fr długość 25 cm; do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 4 z pakietu 85 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38. Pakiet 220, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli myjkę w formie anatomicznej, zwężanej, zgrzewanej rękawicy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia myjki w formie rękawicy i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w następujący sposób:

PAKIET NR 220.		**CPV- 33.14.00.00-3**			***po modyfikacji***				**WADIUM:**	**11,00 zł**
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Myjka higieniczna miękka dla pacjentów, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, okształcie rękawicy.	szt.	5 000							2 szt.

Pytanie 39. Pakiet 220, pozycja 1 - Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w myjkę.

Pytanie 40. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z zapisami rozdziału VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 41. Dotyczy SIWZ - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: Zamawiający preferuje, aby każdy dokument był osobnym plikiem PDF, zwłaszcza wadium w postaci gwarancji.

Pytanie 42. Pakiet nr 46, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków o pojemności 200ml, śr. 80mm, dł. prowadnika 278mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43. Pakiet nr 46, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków o pojemności 500ml, śr. 100mm, dł. 170mm, dł. prowadnika 278mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44. Pakiet nr 46, poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków o pojemności 1200ml, śr. 130mm, dł. 200mm, dł. prowadnika 278mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45. Pakiet nr 46, poz. 1-3 - Prosimy o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie: „w polietylenowej rurce z wypychaczem... z uchwytem na dwa palce", Zamawiający rozumie worek z obręczą z drutu nitynolowego z pamięcią kształtu, z trzypierścieniowym ergonomicznym uchwytem (trzy pełne oringi), rozmiar kodowany kolorystycznie?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w worki.

Pytanie 46. Pakiet nr 141, poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie, z datą ważności i datą produkcji na każdym opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w ustniki.

Pytanie 47. Pakiet nr 141, poz. 1- Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników pakowanych w opakowania zbiorcze typu dyspenser/ podajnik kartonowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w ustniki.

Pytanie 48. Pakiet nr 141, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie szczoteczek czyszczących do kanałów roboczych endoskopów, dwustronnych, o śr. włosia 5mm, dł. 230cm, śr. cewnika 1,8mm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49. **Dotyczy zadania nr 229 poz. 1** - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowych, z poziomem AQL 1,0 , wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna lekko teksturowana z dodatkową widoczną i wyczuwalną teksturą na końcach palców, sile zrywania min 9N, grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,10mm-0,12mm, dłoń 0,07mm-0,08mm, w opakowaniach 100 szt, z dozownikiem od góry z folią kontaminacyjną chroniącą przed kontaktem z kolejną rękawicą, przebadane na izapropanol 70% na poziomie 3 i etanol 70% na poziomie 1, stosowane w ogólno dostępnej dezynfekcji. Przebadane na min 12 środków chemiczne na poziomie 6 i 16 substancji cytostatycznych. Pakowane po 100 szt. (w ofercie z przeliczeniem ilości) W Zgodność z normami: 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388; ASTM F 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością, zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III. Wyprodukowane zgodnie systemem jakości ISO 9001; ISO 13485.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50. **Dotyczy zadania nr 230 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne syntetyczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylne, obustronnie polimeryzowane, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem i specjalnym systemem paska antypoślizgowego od wewnętrznej strony zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL 0,65 Długość rękawicy: min. 295mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,18mm-0,19mm, mankiet 0,15mm-0,17mm. Siła zrywania przed starzeniem: min.12,0N. Dostępne w rozmiarach 5,5–9,0 (co pół). Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374; EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671. System zapewnienia jakości: ISO 9001; ISO 13485. Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, 100% testowane elektronicznie, chemoodporna, normy: ASTM F 1671, EN 455, EN 388, EN420, EN 374.
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230.	CPV - 33.14.00.00-3;				*po modyfikacji*				WADIUM:	1 818,60 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikrotekstorowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							X

Pytanie 51. **pakiet 29, poz. 3 i 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do pobierania moczu dla chłopców oraz dziewczynek o wymiarach 180x70, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Zaproponowany wymiar nieznacznie różni się od wymaganego przez zamawiającego i jest wystarczający do przeprowadzenia procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52. **pakiet 73, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysanie górnych dróg oddechowych z dwoma naprzemianległymi otworami i powierzchnią gładką, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Zaproponowany przez nas cewnik jest wystarczający do przeprowadzenia procedury medycznej, położenie otworów oraz faktura powierzchni stanowią wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na przeznaczenie cewnika. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53. **pakiet 284, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 0,2L, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przez nas pojemnik 0,2L jest najmniejszym dostępnym pojemnikiem na rynku pojemników na odpady medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 54. **pakiet 284, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 0,7L, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przez nas pojemnik 0,7L nieznacznie różni się od wymaganego, a jego większa objętość pozwala na gromadzenie większej ilości odpadów medycznych, co przekłada się na oszczędność, na której Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55. **pakiet 284, poz. 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5L – 4L, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przez nas pojemnik 3,5L-4L nieznacznie różni się od wymaganego, a jego większa objętość pozwala na gromadzenie większej ilości odpadów medycznych, co przekłada się na oszczędność, na której Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56. **pakiet 288, poz. 1** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny kieliszka do leków pakowanego po 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem opakowań do 254 sztuk, co daje 19050 sztuk kieliszków. Dopuszczenie zaproponowanej wyceny umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie

odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 57. **dotyczy zapisów SIWZ** - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z zapisami rozdziału VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 58. Pakiet 164 poz. 1 - Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie spodenek z nieprześwitującego materiału typu SMS o gramaturze min. 28 g/m kw.?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59. Pakiet 180 poz 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie podkładów pakowanych po 60 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 60. **Dotyczy zadania nr 229 poz. 1** - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowych o długości min. 240 mm. Jest to wymagana długość dla normy medycznej EN455.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 61. Pakiet nr 35 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem z silikonu, rozmiar Ch 18/ 60 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 62. Pakiet nr 59 - Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie igieł o długości 6 mm, średnica 0,6 – 0,8 mm, o przekroju 2,4 mm, pozostałe parametry narzędzi zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 63. Pakiet nr 96 - Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem skalowanym co 5 cm, bez linii pozycyjnej, prowadnica dł. 150 cm, popychacz 40 cm, średnica dla pozycji 1 – 4,7 CH, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 64. Pakiet nr 112 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnic z powłoką hydrofilną o długości 70 cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65. Pakiet nr 116 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem skalowanym co 5 cm, bez linii pozycjonującej, popychacz standardowy, zestaw z zaciskiem, prowadnica z rdzeniem stałym, długość, popychacza 70 cm, rozmiar 4,7Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 66. Pakiet nr 139 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu lateksowego, średnica balonu 12 – 15 – 18 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 67. Pakiet 140 - Prosimy o podanie typu i rodzaju klipsownicy ze względu na fakt isż sama nazwa wytwórcy klipsownicy nie wystarcza do rozpoznania rodzaju klipsa lub podanie numeru katalogowego klipsów używanych do opisanej klipsownicy.
Odpowiedź: Zamawiający używa klipsów REF 0301-06ML GRO42-EP5-05.

Pytanie 68. Do treści §1 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b,

1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 2 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 69. Do treści §2 ust.6, §6 ust. 2 lit. e)-h) wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 70. Do treści §6 ust. 2 lit. e)-h) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 71. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy poprzez wprowadzenie ewentualnej kary za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia dziennie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 72. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy poprzez wprowadzenie ewentualnej kary za opóźnienie reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanych towarów dziennie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 73. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności" oraz „zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający jest wypłacalny i nie jest zagrożony niewypłacalnością.

Pytanie 74. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracją; - poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający aktualnie nie zamierza korzystać z narzędzi w/w.

Pytanie 75. Pakiet 32, pozycja 1 - Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania **równoważny**, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod **warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?** - wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta(8,5mm – uniwersalny, także do zabiegów ortopedycznych) jest kątowy, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania od wkładu (brak konieczności odłączania źródła ssania) - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) o pojemności 2L,o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.
- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na

opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki** w przypadku wybrania naszej oferty.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 76. Pakiet 220, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli myjkę w formie anatomicznej, zwężanej, zgrzewanej rękawicy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia myjki w formie rękawicy i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w następujący sposób:

PAKIET NR 220.		CPV- 33.14.00.00-3			*po modyfikacji*				WADIUM:	11,00 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Myjka higieniczna miękka dla pacjentów, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, okształcie rękawicy.	szt.	5 000							2 szt.

Pytanie 77. Pakiet 220, pozycja 1 - Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w myjki.

Pytanie 78. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z zapisami rozdziału VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 79. Dotyczy SIWZ - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: Zamawiający preferuje, aby każdy dokument był osobnym plikiem PDF, zwłaszcza wadium w postaci gwarancji.

Pytanie 80. **Dotyczy: Pakietu nr 36 pozycja 2** - W związku z pojawieniem się nowego rozmiaru zgłębnika do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonanego z przezroczystego poliuretanu z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG z dołączoną metalową prowadnicą pokrytą silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką, sterylnego, jednorazowego użytku, pakowanego pojedynczo, wolnego od DEHP z dwoma portami o rozmiarze **14Ch/110 cm,** ułatwiające żywienie dietami przemysłowymi oraz kuchennymi miksami, czy zamawiający w pakiecie nr 36 pozycji 2 dopuszcza do wyodrębnienia pozycji i zaoferowania: Pakiet 36 pozycja 2a - 17 sztuk zgłębników o rozmiarach wskazanych przez zleceniodawcę oraz Pakiet 36 pozycja 2b – 3 sztuk zgłębników o rozmiarze 14Ch/110 cm, razem 20 sztuk?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 81. **Zadanie nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez logo producenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 82. **Zadanie nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem BFE o skuteczności 96%?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 83. **Zadanie nr 2 poz. 1 *** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z częścią górną twardą o dł. 3 cm ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 84. **Zadanie nr 2 poz. 1 *** - Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez filtra VFE?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 85. **Zadanie 2 poz 2** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z odpowietrznikiem z filtrem antybakteryjnym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 86. **Zadanie nr 4 poz. 1-7** - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z PTFE? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 87. **Zadanie nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozmiaru 16G o dł. 45 mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 88. **Zadanie nr 4 poz. 1** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bez logo producenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 89. **Zadanie nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozmiaru 14G o dł. 45 mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 90. **Zadanie nr 4 poz. 2** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bez logo producenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 91. **Zadanie nr 4 poz. 7** - Czy w kaniuli 24 G nie została omyłkowo podana dł. 45 mm? Jeśli nie, to czy zamawiający dopuszcza dł 19 mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 92. **Zadanie nr 4 poz. 8 *** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w rozmiarze 18 G i dł.32mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 93. **Zadanie nr 4 poz. 9 *** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w rozmiarze 20 G i dł.32mm ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 94. **Zadanie nr 4 poz. 9 *** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w rozmiarze 20 G tylko dł.32 mm bez dł. 25 mm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 95. **Zadanie nr 4 poz. 8 *** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 8 z Pakietu nr 4?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 96. **Zadanie nr 4 poz. 9 *** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 9 z Pakietu nr 4?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 97. **Zadanie nr 4 poz. 8-9** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym zabezpieczeniem z 2 paskami radiocieniującymi?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 98. **Zadanie nr 4 poz. 11** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kraniku trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 99. **Zadanie nr 4 poz. 11 *** - Czy zamawiający wymaga kranika trójdrożnego do podawania lipidów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 100. **Zadanie nr 4 poz. 12 *** - Czy zamawiający dopuści kaniule bezpieczną wykonaną z FEP?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 101. **Zadanie nr 4 poz. 12** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem bocznym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 102. **Zadanie 4 poz. 12** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarach: 24 G x 19 mm; 22G x 25 mm; 20 G x 25mm ; 18 G x 32 mm, 18 G x 45 mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 103. **Zadanie 4, poz.** - Wykonawca prosi o wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu nr 4
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 104. **Zadanie nr 4 poz. 13** - Wykonawca prosi o wydzielenie pozycji nr 13 z pakietu nr 4
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 105. **Zadanie nr 6 poz. 1-2** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli pediatrycznej wykonanej z FEP?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 106. **Zadanie nr 45 poz. 1 *** - Czy zamawiający wymaga kranika trójdrożnego do podawania lipidów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 107. **Zadanie 67, poz. 1** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 2-3 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 108. **Zadanie nr 67 poz. 2** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 5-6 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 109. **Zadanie nr 67 poz. 3** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 10-12 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 110. **Zadanie nr 67 poz. 4** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 20-24 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 111. **Zadanie 67, poz. 4** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 20-24 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 112. **Zadanie 67, poz. 6 *** -Czy zamawiający wymaga strzykawki j.u. typu Janette z podwójną skalą pomiarową?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 113. **Zadanie 67, poz. 9 *** - Czy zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 50 ml bursztynową do pomp infuzyjnych z rozszerzoną skalą 50/60 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 114. **Zadanie 177, poz. 4** - Wykonawca prosi o wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu nr 177?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 115. **Zadanie 177, poz. 4** - Czy zamawiający dopuści plaster do venflonów z wycięciem w kształcie litery U ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 116. **Zadanie nr 185, poz. 1** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniul w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 117. **Dotyczy Pakietu nr 132** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 132 niżej opisanego produktu równoważnego: Jałowy żel do cewnikowania zawierający chlorheksydynę i lidokainę w jałowych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml w opakowaniu zawierającym 25sztuk?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 118. **Dotyczy Pakietu nr 146** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 146 zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z mocnego i nieprzemakalnego laminatu 2warstwowego o gramaturze 60 g/m2, z serwetą główną, która posiada otwór wypełniony przylepną folią operacyjną (bez przylepców), spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 119. **Dotyczy Pakietu nr 147** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 147 niżej opisanego zestawu Zestaw ginekologiczny sterylny, jednorazowy do operacji ginekologicznych 2 warstwowy. Pakiet opakowany w serwetę na stół do instrumentarium i torebkę papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Skład:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 120. **Dotyczy Pakietu nr 147** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 147 niżej opisanego zestawu Zestaw ginekologiczny sterylny, jednorazowy do operacji ginekologicznych 2 warstwowy. Pakiet opakowany w serwetę na stół do instrumentarium i torebkę papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Skład:

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 15cm



Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 121. **Dotyczy Pakietu nr 148** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 148 zestawu do operacji kończyn wykonanego z mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w polu krytycznym o gramaturze 80g/m2, całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 122. **Dotyczy Pakietu nr 149** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 149 niżej opisanego zestawu? Zestaw do operacji żylaków 3 - warstwowy w strefie dedykowanej dla pacjenta z dodatkowym wzmocnieniem. Skład zestawu: 1) serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75-80 x 145-150 cm, 2) Taśma z przylepcem 9-10 x 45-50 cm, 3) serweta na stół narzędziowy 150 x 190cm, 4) serweta dolna, wzmocniona z wycięciem U 200-230 x 260cm, 5) serweta górna 150-175 x 240 cm, 6) serweta przylepna 75x90 cm. Opakowanie papier-folia, z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji. Gramatura 75 g/m2 + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 155/m2.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 123. **Dotyczy Pakietu nr 150** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 150 niżej opisanego zestawu? Zestaw do operacji urologicznych 2-warstwowy. Skład zestawu: 1) serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 2) taśma przylepna, 3) 1 serweta TUR 175/270 x 170-225 cm zintegrowana, z przylepnym otworem o średnicy 6 cm, z osłoną na palec o średnicy 3cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka, ręcznik do rąk, przylepiec typu rzep 2,5 x 30cm. Opakowanie papier - folia, przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 124. **Dotyczy Pakietu nr 151** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 151 niżej opisanego zestawu? Zestaw do operacji stawu biodrowego. W skład zestawu wchodzi min.: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozm. 150cmx190cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo rozm. 79cm x 145 cm, 1 serweta operacyjna 100x150cm, 1 serweta operacyjna przylepna 150cm x 300cm z dodatkowym padem chłonnym, 1 osłona na kończynę 36cm x 120 cm, 1 serweta samoprzylepna z wycieciem 20x85 cm 230 cm x 260 cm i dodatkowym padem chłonnym 50x100cm, 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm. Laminat 3 warstwowy w obszarze krytycznym a w pozostałym 2 warstwowy, foliowany, nieprzemakalny. Na opakowaniu min. dwie odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 125. **Dotyczy Pakietu nr 156** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 156 jałowej torby na płyny 30x40cm, wykonanej z folii przezroczystej z taśmą klejącą o wysokości 6cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 126. **Dotyczy Pakietu nr 162** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 162 sterylnego pokrowca wykonanego z folii polietylenowej nie barwionej, okrągłego, średnica 140cm, ściąganego elastyczną gumką?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 127. **Dotyczy Pakietu nr 166 poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 166 poz. 3 gazy opatrunkowej bielonej 13-nitkowej szerokość 90cm x 100mb?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 128. **Dotyczy Pakietu nr 200** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 200 serwet gazowych z elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką?
Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 129. **Dotyczy Pakietu nr 200 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 200 poz. 1 tupferów z gazy 17nitkowej z RTG typu kula 20x19cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 130. **Dotyczy Pakietów nr 154, 155, 158, 159** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby na opakowaniu produktów oferowanych w zakresie w/w pakietów znajdowały się 4 etykiety samoprzylepne z min: nr serii i datą ważności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131. **Pakiet nr 167, 168** - Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź: Zapisy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 132. **Pakiet nr 199** - Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź: Zapisy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 133. **Pakiet nr 57 „Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia"**
Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 134. **Pakiet nr 57 „Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia"**
Czy Zamawiający dopuści linię pomiarową o długości 150 cm, ale w proporcjach 130+20 lub 120+30, ponieważ w żaden sposób nie zmieni to właściwości samego zestawu z przetwornikiem?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 135. **Pakiet nr 57 „Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia"** - Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available

Odpowiedź: Zamawiający wymaga niżej wymienionej końcówki:



Pytanie 136. **Dotyczy Pakietu nr 47** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie wapna w opakowaniu 5 kg? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić 70 opakowań czy przeliczyć ilość do 63 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Proszę wycenić 63 opakowania - w przypadku opakowania o wielkości 5kg.

Pytanie 137. **Dotyczy Pakietu nr 63** - Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138. **Dotyczy Pakietu nr 132** – Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemości 11 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 139. **Dotyczy wzoru umowy § 7** - zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych z 3% do 0,3%. Obecne zapisy są rażąco wygórowane.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 140. **Dotyczy pakietu nr 143** - Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego trójwarstwowego z dodatkowym wzmocnieniem, w składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150 1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75 2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175 1
4. taśma samoprzylepna 9x49 1
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. osłona na stolik MAYO 79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 141. **Dotyczy pakietu nr 147** - Prosimy o dopuszczenie zestawy ginekologicznego w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 150x235 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach krocza 150x235 1
2. serweta chirurgiczna samoprzylepna 50x50 1
3. serwety chirurgiczne 75x90 2
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Opakowanie typu folia-folia. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 142. **Dotyczy pakietu nr 149** - Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji żylaków, w którym dodatkowo dołączone są 4 ręczniki chłonne o wymiarach 18x25 cm. Opakowanie typu folia-folia. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143. **Dotyczy pakietu nr 150** - Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych, w składzie:

1. serweta chirurgiczna główna o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór w okolicy krocza w kształcie rombu o wymiarach 9x15 cm 75x175 1
2. osłony na kończyny 75x120 2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Opakowanie typu folia-folia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 144. **Dotyczy pakietu nr 150** - Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 75x175 cm posiadająca dwa otwory (Ø 8 i Ø 6) i osłoną na palec do badania per rectum 75x175 1
2. osłony na kończynę 75x120 2
3. taśma samoprzylepna 9x49 1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Opakowanie typu folia-folia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 145. **Dotyczy pakietu 155** - Prosimy o dopuszczenie serwety, która na opakowaniu nie ma odklejanych etykiet. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 146. **Dotyczy projektu umowy - Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy - [załącznika nr 5 do SIWZ], poprzez nadanie [par. 7 ust. 1.1] następującego brzmienia: „Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia."**
Naliczanie kary umownej jako 3% wartości brutto jest właściwe dla umów wykonywanych jednorazowo. W przypadku umów realizowanych częściami niezasadne jest obciążanie wykonawcy dokładnie taką samą karą za zwłokę w dostawie zamówienia o dużej wartości, jak przy zamówieniu o bardzo niewielkiej wartości. Ponadto opóźnienie w realizacji części zamówienia skutkować może naliczeniem kary przewyższającej wynagrodzenie wykonawcy z tytułu takiej dostawy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego [IV CSK 644/12] kara umowna równa bądź zbliżona do wartości wynagrodzenia wykonawcy może być uznana za rażąco wygórowaną i podlega miarkowaniu. W celu uniknięcia podpisywania umowy z postanowieniami, których treść może zostać w przyszłości zakwestionowana przez sąd, prosimy o zmianę projektu umowy zgodnie z przesłaną propozycją.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 147. Dot. Pakiet 19 pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii (sztuczny nos), mikrobilogicznie czysty zamiast sterylny? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 148. Dot. Pakiet 62 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie obwody oddechowe (aparat do znieczuleń) rozciągliwe 180 cm + dodatkowo rura rozciągliwa do 80 cm (zamiast 90 cm) + worek 2 litrowy mikrobiologicznie czysty zamiast sterylny? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 149. **Pakiet nr 119 poz. 1** – Prosimy o dopuszczenie wielorazowej elektrody z uchwytem i kablem o długości 5m.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 119 w następujący sposób:

PAKIET NR 119.	CPV- 33.14.00.00-3				*po modyfikacji*				WADIUM:	55,60 zł
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy	Próbki
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Wielorazowa elektroda czynna, uchwyt elektrody 4 mm szeroki, 2 przyciski. Kabel 4-5 m, wtyk 3 - pin. Kompatybilny z aparatem do diatermii firmy EMED	szt.	6							

Pytanie 150. **Pakiet nr 144** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 2 – warstwowego na całej powierzchni o dobrych parametrach chłonnych?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 151. **Pakiet nr 146** – Czy Zamawiajacy dopuści zestaw, w którym serweta do cesarskiego cięcia jest w rozmiarze 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną. Serweta posiada zintegrowaną torbe na płyny oraz zintegrowane osłony podpórek konczyn górnych. Serwety wykonane z laminatu 2 – warstwowego na całej powierzchni o dobrych parametrach chłonnych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 152. **Pakiet nr 148** – Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 3 warstwowego w strefie krytycznej o wyższej grmaturze niż Zamawiajacy wymaga, w którym serweta na kończynę ma rozmiar 225 cm x 320 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 153. **Pakiet nr 150** – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta głowna o rozmiarze 175/260cm x 210 cm posiada otwór w okolicy krocza o wymiarze 5 cm i otwór nadłonowy o wymiarze 8 cm, zintegrowaną torbę na płyny z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz bezlateksowy ochraniacz na place? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 154. **Pakiet nr 151** – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym serweta anastezjologiczna posiada wysięcie "U" w rozm. 45 cm x 65 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Pragniemy namienić, że od kilku lat Zamawiajacy pracuje na tym zestawie i do tej pory nie zgłaszał żadnych negatywnych uwag.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 155. **Pakiet nr 152** – Czy Zamawiajacy dopuści zestaw z jedną taśmą lepną oraz jednym dodatkową wbudowanym w serwetę główną organizatorem typu rzep? Serwety wykonane z lamiantu 2- warstwowego na całej powierzchni o dobrych parametrach chłonnych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 156. **Pakiet nr 161** – Czy Zamawiajacy dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 24 cm x 80 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 157. **Pakiet nr 161-** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 50 cm x 110 cm pakowaną a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 158. **Pakiet nr 162** – Czy Zamawiający wyrazi zgodnę na zaoferowanie pokrowaca na panel sterowania ściągany elastyczną gumka? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 159. **Pakiet nr 185** - Czy Zamawiający dopuści opartunek o wymiarach 9 cm x 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 160. **Pakiet nr 196** – Prosimy o dopuszczenie serwet, których rozmiar po wstępnym praniu wynosi 40 cm x 40 cm. Proces wstępnego prania znacznie podnosi chłonność serwet. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 161. **Pakiet nr 230** – Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający od kilku lat pracuje w tych rekawicach i do tej pory nie zgłaszał żadnych negatywnych uwag.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 230 w następujący sposób:

PAKIET NR 230.	**CPV - 33.14.00.00-3;**				***po modyfikacji***				**WADIUM:**	**1 818,60 zł**
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikrotekstorowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 162. Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiozastępczych bez osłony na kolec aparatu po użyciu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 163. Pakiet nr 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 120mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 164. Pakiet nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych bez prowadnicy o wymiarach 22G 0,7x90mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 165. Pakiet nr 14, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści nożyki hematologiczne do testów skórnych w opakowaniach a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 166. Pakiet nr 15, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem dostępne w rozmiarach 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 167. Pakiet nr 15, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu w rozmiarach 2,0; 2,5, pozostałe rozmiary z mankietem?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 168. Pakiet nr 15, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne w opakowaniach typu TYVEC?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 169. Pakiet nr 15, pozycja 4: Czy Zamawiający oczekuje rurek bez zawartości PCV i ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170. Pakiet nr 21, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH 21?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 171. Pakiet nr 21, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH 23?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 172. Pakiet nr 22, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści „martwą przestrzeń" ze złączami: 22M/15F (od strony pacjenta) oraz 15M (od strony urządzenia)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 173. Pakiet nr 24, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe dwuelementowe z gładkim przejściem rurki w maskę?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 174. Pakiet nr 27, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3,3mm, o długości 390mm +/-10mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 175. Pakiet nr 27, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,7mm, o długości 390mm +/-10mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 176. Pakiet nr 29, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 177. Pakiet nr 29, pozycja 3 – 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania moczu w rozmiarze 190x70?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 178. Pakiet nr 29, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 179. Pakiet nr 29, pozycja 6 – 7: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 180. Pakiet nr 33, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 181. Pakiet nr 43, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy 160cm + dodatkowa rura 100cm + worek 3 litrowy?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 182. Pakiet nr 61, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cytofix lub równoważny, aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełku mikroskopowym rozmazów biologicznych o poj. 150 ml, z przeliczeniem ilości na 20 szt?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 183. Pakiet nr 62, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy 160cm + dodatkowa rura 100cm + worek 3 litrowy?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 184. Pakiet nr 67, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 185. Pakiet nr 67, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą w rozmiarze 0,45 x 13mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 186. Pakiet nr 73, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki CH 6, CH 8 i CH10 do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 40cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 187. Pakiet nr 73, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki CH 6, CH 8 i CH10 do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 188. Pakiet nr 77, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny, z możliwością utrzymania do 30 dni?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 189. Pakiet nr 80, pozycje 1-7: Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton wykonane z PCV o gładkiej, niezmrożonej powierzchni?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 190. Pakiet nr 86, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści silikonową sondę żołądkową 1-kanałową?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 191. Pakiet nr 87, pozycja 1: Czy Zamawiający ma na myśli silikonową sondę Sengstakena?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 192. Pakiet nr 105, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści stazę jednorazową w op. a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 193. Pakiet nr 43: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 194. Pakiet nr 144 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 195. Pakiet nr 146 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 196. Pakiet nr 147 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 197. Pakiet 148 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 198. Pakiet nr 149 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ osobno pakowana taśma 10x50cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 199. Pakiet nr 150 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 200. Pakiet nr 152 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 201. Pakiet nr 164, pozycja 1 – 2: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 202. Pakiet nr 164, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze granatowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 203. Pakiet nr 164, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 204. Pakiet nr 164, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny o gramaturze 33g/m2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 205. Pakiet nr 165: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 206. Pakiet nr 166, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100m?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 207. Pakiet nr 166, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 208. Pakiet nr 177, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 209. Pakiet nr 177, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści plaster do swobodnego przycięcia przez Zamawiającego o długości 1m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 210. Pakiet nr 180: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 211. Pakiet nr 184, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 212. Pakiet nr 184, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 213. Pakiet nr 184, pozycja 3-4: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 214. Pakiet nr 184, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 215. Pakiet nr 196: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 216. Pakiet nr 210: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 217. Pakiet nr 211: Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 218. Pakiet nr 216: Czy Zamawiający dopuści nerkę o poj. Użytkowej 300ml, całkowitej 900ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 219. Pakiet nr 220: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 220. Pakiet nr 222: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 221. Pakiet nr 223: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 222. Pakiet nr 226, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maskę o następujących parametrach: Półmaska filtrująca FFP3 NR wobec cząstek stałych wg EN149:2001 (badanie chlorkiem sodu 0,36 %; opór oddychania 0,94 l/min), maska typ IIR zgodnie z normą EN14683:2005, bez zaworu, płaska konstrukcja, elastyczny sztywnik na nos w kolorze białym (metal pokryty polietylenem). Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi.Nie zawiera lateksu. Środek ochrony indywidualnej kat III oraz wyrób medyczny klasy I. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 223. Pakiet nr 226, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści oprawki dostępne tylko w jednym kolorze?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 224. Pakiet nr 226, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 z warstwie antypoślizgowej w formie aplikacji?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 225. Pakiet nr 229, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min 240 mm, grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,10±0,01 mm, na dłoni 0,08±0,01 mm, wydłużeniem przed procesem starzenia 500%, po starzeniu 400%, pakowane a'200 dla rozmiaru XS-L oraz a'180 dla rozmiaru XL, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 226. Pakiet nr 230, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe, neoprenowe o kształcie anatomicznym, obustronnie polimerowane, ze wzmocnionym mankietem, zewnętrzną warstwą antypoślizgową, AQL 0,65 (lepszy niż w wymaganiach), w rozmiarach od 6.0 do 9.0? Rozmiar 6.0 ma szerokość dłoni 77±4mm.
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; *po modyfikacji* WADIUM: 1 818,60 zł										
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy	Próbki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 227. Pakiet nr 231, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200 szt., z przeliczeniem na 12 opakowań?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 228. Pakiet nr 232, pozycja 1 oraz 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice do długości min 290 mm, oraz grubości na palcu 0,17±0,02 mm, na dłoni 0,14±0,02 mm i na mankiecie 0,10±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 229. Pakiet nr 266, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości na 13 rolek?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 230. Pakiet nr 266, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści papier w bloku 160-kartkowym z przeliczeniem ilości na 141 bloków?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 231. Pakiet nr 266, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o szerokości 214mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 232. Pakiet nr 284, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o poj. 0,7l?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 233. Pakiet nr 286, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o poj. 1000ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 234. Pakiet nr 288, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kieliszki jednorazowe w op. a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 212 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 235. Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 236. Pakiet nr 2 poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza

przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 237. Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 238. Pakiet nr 2 poz. 1 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 239. Pakiet nr 2 poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 240. Pakiet nr 2 poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 241. Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 242. Pakiet nr 2 poz. 2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 243. Pakiet nr 2 poz. 2 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 244. Pakiet nr 3 poz. 1 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 245. Pakiet nr 3 poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 246. Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 247. Pakiet nr 3 poz. 1 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 248. Pakiet nr 3 poz. 1 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację

zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 249. Pakiet nr 4 poz. 10 Czy zamawiający wydzieli poz.10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 250. Pakiet nr 4 poz. 10 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 251. Pakiet nr 4 poz. 10 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 252. Pakiet nr 29 poz. 1, 3-4, 6-7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 253. Pakiet nr 29 poz. 2 Czy zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 254. Pakiet nr 29 poz. 3-4: Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 255. Pakiet nr 29 poz 5 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 256. Pakiet nr 29 poz 8 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 257. Pakiet nr 30 poz 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 258. Pakiet nr 33 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 259. Pakiet nr 194 poz 1-4 Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 260. Pakiet nr 194 poz 1-4 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 – 9 mm x 10 mm
Rozmiar 2 – 13 mm x 15 mm
Rozmiar 3 – 13 mm x 15 mm
Rozmiar 4 – 13 mm x 15 mm
Rozmiar 6 – 13 mm x 15 mm
Rozmiar 8 – 13 mm x 15 mm
Rozmiar 10 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 14 – 13 mm x 15 mm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 261. Pakiet nr 194 poz 1-4 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar – 1 palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar – 2 dłoń, palec – 10 - 25 mm szer. j.w.
Rozmiar – 3 dłoń, stopa – 15 - 35 mm szer. j.w
Rozmiar – 4 podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25 - 45 mm szer. j.w
Rozmiar – 6 głowa, ramię, podudzie, kolano – 40 - 65 mm szer. j.w
Rozmiar – 8 udo, głowa, biodra – 50 -95 mm szer. j.w
Rozmiar – 10 biodra, brzuch – 65 -135 mm szer. j.w
Rozmiar – 14 klatka piersiowa, brzuch – 80 -140 mm szer. j.w
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 262. Pakiet nr 195 poz 1-2 Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 263. Pakiet nr 195 poz 1-2 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 – 9 x 10 mm
Rozmiar 2 – 13 x 15 mm
Rozmiar 3 – 13 x 15 mm
Rozmiar 4 – 13 x 15 mm
Rozmiar 6 – 13 x 15 mm
Rozmiar 8 – 13 x 15 mm
Rozmiar 10 – 13 x 15 mm
Rozmiar 14 – 13 x 15 mm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 264. Pakiet nr 195 poz 1-2 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1 – palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2 dłoń, palec– 10 - 25 mm j.w.
Rozmiar 3 dłoń, stopa– 15 - 35 mm j.w
Rozmiar 4 podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25 - 45 mm j.w
Rozmiar 6 głowa, ramię, podudzie, kolano – 40 - 65 mm j.w
Rozmiar 8 udo, głowa, biodra – 50 - 95 mm j.w
Rozmiar 10 biodra, brzuch – 65 - 135 mm j.w
Rozmiar 14 klatka piersiowa, brzuch – 80 - 140 mm j.w
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 265. Pakiet nr 196 poz 1 Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 266. Pakiet nr 192 poz 1 Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 267. Pakiet nr 60 poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 268. Pakiet nr 60 poz 1 Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o

rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 269. Pakiet nr 60 poz 1 Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 270. Pakiet nr 67 poz 5-6, 9 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5-6,9 z pakietu 67. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 271. Pakiet nr 67 poz 5 Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 272. Pakiet nr 105 Czy zamawiający ma na myśli 1 sztukę = 1 opakowanie po 25 szt.stazy j.u.?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 1 szt = 1 szt.

Pytanie 273. Pakiet nr 105 Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 274. Pakiet nr 105 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 275. Pakiet nr 105 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 276. Pakiet nr 133 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 277. Pakiet nr 135 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 278. Pakiet nr 164 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 279. Pakiet nr 164 poz 1 – 2 Czy zamawiający dopuści produkty z włókniny min. 25 g/m2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 280. Pakiet nr 165 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 281. Pakiet nr 166 poz 3 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 282. Pakiet nr 166 poz 3 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 17 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 283. Pakiet nr 166 poz 3 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 284. Pakiet nr 174 poz 1-2 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 285. Pakiet nr 174 poz 3-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 286. Pakiet nr 175 poz 4-6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 287. Pakiet nr 175 poz 4-6 Czy Zamawiający z uwagi na charakter produktów zawartych w pakiecie 175 wydzieli pozycje: 4-6 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na opaski lub włączy pozycje 4-6 do pakietu 174 na opaski opatrunkowe (podtrzymujące). Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 288. Pakiet nr 177 poz 4 Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 289. Pakiet nr 177 poz 4 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 290. Pakiet nr 180 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 291. Pakiet nr 182 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 292. Pakiet nr 182 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie podkładów o chłonności 550 ml przy wymiarze 60 cm x 90 cm, 6-warstwowy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 293. Pakiet nr 210 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 294. Pakiet nr 210 poz 1 Czy zamawiający dopuści prześcierdło jednorazowe 130 cm x 210 cm, zielone, o gramaturze min. 22 g/m2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 295. Pakiet nr 211 poz 1 Czy zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 25 g/m2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 296. Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 297. Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 298. Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 299. Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 300. Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 301. Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 302. Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 303. Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 304. Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 305. Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 306. Pakiet nr 221 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 307. Pakiet nr 222 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 308. Pakiet nr 222 poz 1 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 309. Pakiet nr 223 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 310. Pakiet nr 224 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 311. Pakiet nr 260 poz 1-3 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 312. Pakiet nr 286 poz 1- Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 313. Pakiet nr 286 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 314. Pakiet nr 288 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 315. Pakiet nr 290 poz 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 316. **Pakiet 18** - Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H20, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 317. **Pakiet nr 18** - Czy Zamawiający wymaga żeby filtry były wolne od DEHP, gdyż ftalany dostają się do organizmu najczęściej drogą pokarmową, przez skórę i w wyniku inhalacji. Co więcej, związki wnikające do organizmu za pośrednictwem inhalacji wykazują dużo większe działanie toksyczne.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 318. **Pakiet 22** - Czy zamawiający oczekuje, aby łączniki były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 319. **Pakiet 24** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uściślenie czy oczekuje maski krtaniowej z medycznego PCV renomowanej firmy, ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijającym się w trakcie zakładania maski, blokującym ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, wyjątkowo miękki mankiet zapewnia doskonałe przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski, kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia, dostępność w 8 rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów, bezpieczeństwo w środowisku MR, nie zawiera ftalanów?



Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 320. **Pakiet 25** - Czy zamawiający oczekuje, aby maski anestetyczne były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 321. **Pakiet 26** - Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe z rezerwuarem z medycznego PCV, szczelnie przylegające do twarzy, w dwóch uniwersalnych rozmiarach: pediatrycznym i dla dorosłych? Dodatkowo produkty pozbawione są szkodliwych ftalanów.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 322. **Pakiet 28** - Czy zamawiający oczekuje, aby produkty, zawarte w pakiecie były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 323. **Pakiet 62** - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód anestetyczny, czysty mikrobiologicznie, spełniający pozostałe zapisy, produkt bez ftalanów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 324. **Dotyczy pakiet nr 29 poz. 3-4** - Czy Zamawiający dopuści sterylne woreczki dla chłopców i dziewczynek o wymiarach 190x70?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 325. **Dotyczy pakiet nr 61 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełku mikroskopowym rozmazów biologicznych 150 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 326. **Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4** - Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 327. **Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4** - Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 328. **Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego wysokości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 329. **Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4** - Czy Zmawiający wymaga aby zwężenie obwodu tłoka strzykawki znajdowało się na odcinku nie większym niż 25% - 30% całej długości tłoka. Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego wysokości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 330. **Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 331. **Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z minimum 20% rozszerzeniem skali co pozwoli w sposób precyzyjny określić graniczne wartości strzykawki?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 332. **dotyczy pakietu nr 67, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do ins. z nakładaną igłą o wymiarze 0,40x13mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 333. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet 186, pozycje: 1, 2, 3**): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. Dodatkowo należy nadmienić, że wszyscy producenci na terenie Unii Europejskiej, których produkty są dopuszczone do obrotu na jej terytorium są zobowiązaniu do przestrzegania wszystkich norm jakościowych, w tym ISO 11948-1. Badanie poziomu absorpcji produktu chłonnego w każdej fabryce na terenie UE odbywa się według wytycznych ISO 11948-1 i nie ma potrzeby przeprowadzania testów przez podmioty zewnętrzne. Karty techniczne oraz oświadczenia wystawione przez producenta są poświadczeniem odbytych testów oraz ich wyników.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 334. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia **(pakiet 186, pozycje: 1, 2, 3)**: pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego" cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełnia oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne. Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 335. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia **(pakiet 186, pozycje: 1, 2, 3)**: pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim posiada takie rozwiązania technologiczne.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 336. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia **(pakiet 186; pozycja: 1)** złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2500 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2400 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 100 ml
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 337. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia **(pakiet 186; pozycja: 2)** złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2770 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2770 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 338. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia **(pakiet 186; pozycja: 3)** złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 339. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia **(pakiet 186; pozycja: 3)**: złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 340. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia **(pakiet nr 186; pozycje: 1, 2, 3)**: pieluchomajtki pakowane a'30 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 341. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia **(pakiet nr 180; pozycja: 1)**: podkładów chłonnych w rozmiarze 60x60cm, o poziomie chłonności co najmniej 1200ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 342. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia **(pakiet nr 182; pozycja: 1)**: podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 343. **Dotyczy pakietu nr 260 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56mm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 344. **Pakiet nr 18, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści elektrostatyczno-mechaniczny filtr oddechowy dla dorosłych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 345. **Pakiet nr 18, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych o zakresie objętości oddechowej 150-1500ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 346. **Pakiet nr 18, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii 99,999%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 347. **Pakiet nr 18, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych o skuteczności nawilżania 32 mg/l, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 348. **Pakiet nr 27, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,3mm dla rurek o rozmiarze 4,0-5,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 349. **Pakiet nr 27, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o rozmiarze 4,7mm o długości 340mm, dla rurek o rozmiarze 6,0mm – 10,0mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 350. **Pakiet nr 62, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy 160cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 351. **Pakiet nr 62, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 352. **Pakiet nr 66, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści zestaw do 24 – godzinnej toalety jamy ustnej, w którego komplecie znajdą się 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny zamiast z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 353. **Pakiet nr 141, pozycja nr 1** – Czy zamawiający z pakietu nr 141 wyłączy pozycję nr 1 i utworzy z niej osobny pakiet?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 354. **Pakiet nr 141, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści jednorazową szczotkę czyszczącą do kanałów roboczych o średnicy 1,7mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 355. **Pakiet nr 225, pozycja nr 1, 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 i 2 fartuch o parametrach: Jałowy fartuch do przygotowywania cytostatyków wykonany z włókniny SMS TNT o gramaturze min. 50g/m², bawełniane mankiety, foliowany przód i rękawy stanowiące barierę, zgodne z wymaganiami normy EN 14126:2004, EN 14605:2009 (Chlorowodorek doksorubicyny - klasa 6, Chlorowodorek daunorubicyny - klasa 6, Siarczan Winkrystyny - klasa 6, Karmustyna - klasa 6, Monohydrat cyklofosfamidu - klasa 6, Fluorouracyl - klasa 6), wyniki badań przedstawione na każdym opakowaniu jednostkowym. Sposób wiązania-skrzyżowany za pomocą troków. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III. Dostępny rozmiar: S, M, L, XL, XXL. Opakowanie typu papier/ folia?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 356. **Dotyczy Pakiet nr 249, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 357. **Dotyczy Pakiet nr 249, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 358. Czy w zadaniu nr 15, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek zgodnych z opisem SIWZ, ale bez rozm. 2, czyli w rozmiarach. 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 359. W zadaniu nr 18, poz. 1 Zamawiający wymaga: „Filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem celulozowym, hydrofobowy, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, port do monitorowania gazów anestezjologicznych, skuteczność filtracji względem bakterii min. 99,9999%, skuteczność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci min. 6 mg/l przy VT 500 ml, przestrzeń martwa filtru max. 96ml, waga filtra max. 50 g". Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy z wydzielonym celulozowym, wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, metodzie filtracji intermolekularnej, bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną,
- o korzystniejszej bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,9999% , - o korzystniejszej bardzo wysokiej skuteczności filtracji wirusowej pow. 99,999%,
- o korzystniejszej objętości oddechowej 150-1500ml,
pozostałe parametry bez zmian ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 360. **dotyczy pakietu nr 56** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania dla dorosłych 72h, posiadającego dodatkowy zawór odcinający, dzięki któremu można odizolować komorę irygatora w celu uzyskania lepszego czyszczenia cewnika. Rozmiar 14F kateter długość 54 cm do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 361. **dotyczy pakietu nr 109** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w pionie i poziomie, skalowanego, z podziałką 2ml, z łącznikiem T. MMD 3,3 µm. W zestawie przestrzeń martwa 15 cm i dren 210 cm. Czysty biologicznie.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 362. **dotyczy załącznika nr 5 – wzór umowy** - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych zawartych w §7 w następujący sposób:
1.1. w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
1.3 w wysokości 0,5 % wartości reklamowanego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 363. Pakiet 95 - Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw do szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym do urs, występujący w długościach 26 i 28 cm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 364. Pakiet 96, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik pigtail otwarty/zamknięty z poliuretanu z prowadnicą o długości 150 cm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 365. Pakiet 96, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik pigtail otwarty/zamknięty z poliuretanu z prowadnicą o długości 150 cm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 366. Pakiet 99 - Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw do nefrostomii sterylny w składzie: igła chiba 17,5 g z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), cewnik typu J z poliuretanu pokrytego hydrożelem, drut wiodący kompatybilny z cewnikiem, łącznik do worka na mocz rozmiary CH8, CH10?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 367. Pakiet nr 116 - Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw do szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym do urs. ze sterowanym popychaczem, gdy umieszczona jest prowadnica, występujący w długościach 26 i 28 cm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 368. Pakiet 129 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z automatyczną kontrolą ssania z dwoma drenami i dwiema komorami 950 ml i 1900 ml?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 369. Dotyczy Pakietu Nr 92 Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wyprodukowany przez wiodącą na rynku kanadyjską firmę Laborie Medical Technologies trójkanałowy jednorazowy cewnik do profilometrii i cystometrii , długość 400mm 9Fr?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 370. Dotyczy Pakietu Nr 112 Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do URS firmy Boston Scientific, wykonaną z nitinolu oraz pokryciem hydrofilowym na całej długości prowadnika 150cm z miękką końcówką, prostą lub zakrzywioną? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 371. **PAKIET NR 145** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii, posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 100 x 150 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 372. **PAKIET NR 146** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego, posiadającego w swoim składzie serwetę operacyjną/ podkład w rozmiarze 90 x 100 cm (pkt. 4)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 373. **PAKIET NR 147** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 374. **PAKIET NR 147** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 375. **PAKIET NR 149** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji żylaków o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
1 osłona na krocze 35 x 20 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 376. **PAKIET NR 150** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji żylaków o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 377. **PAKIET NR 151** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie serwetę z wycięciem U w rozmiarze 240 x 280 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 378. **PAKIET NR 152** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 379. **PAKIET NR 161** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 380. **PAKIET NR 169** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazików do dezynfekcji w rozmiarze 30 x 30 mm/ 30 x 60 mm po rozłożeniu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 381. **PAKIET NR 175 Poz. nr 1-3**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 4-6 min, pakowanych w opakowania a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 382. Pakiet nr 175 **Poz. nr 1-3**- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, których gaza nośna jest obustronnie pokryta 94% gipsem medycznym i nawinięta na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 383. Pakiet nr 175 **Poz. nr 6**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej pakowanej łącznie z 2 zapinkami?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 384. **PAKIET NR 177 Poz. nr 1-2**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów na tkaninie wiskozowej?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 385. **Pakiet nr 177 Poz. nr 3**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra w rozmiarze 7 x 9 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 386. **PAKIET NR 184 Poz. nr 4**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 10 cm lub 8 x 15 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 387. **PAKIET NR 188 Poz. nr 1-2**- czy Zamawiający wymaga, aby kompresy wysokochłonne były sterylizowane parą wodną?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 388. **PAKIET NR 196** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 389. **Pakiet nr 196** - czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 390. **PAKIET NR 200 Poz. nr 1**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 20 nitkowej?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 391. Pakiet nr 200 **Poz. nr 2**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 24 nitkowej w rozmiarze 12 x 12 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 392. **PAKIET NR 220** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek będących wyrobem higienicznym, niemedycznym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 393. **PROJEKT UMOWY - § 1, ust. 2**- W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70% . Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 394. **Projekt umowy - § 7, ust. 1**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: - §6 ust. 1, pkt 1.1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia, - §6 ust. 1, pkt 1.3 do kwoty 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia. Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną" (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna" (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 395. **Projekt umowy - § 7, ust. 1**- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie" zostało zastąpione słowem „zwłoka"? Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 396. **PAKIET NR 1 Poz. 1-2** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przedłużacze, powinny posiadać wytrzymałość ciśnieniową min. 4 bary oraz śr. wewn./zewn. 1.5/2.7mm, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 397. **PAKIET NR 2 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz, cyt. „komora kroplowa i dren bez zawartości ftalanów", oznacza wymóg zaoferowania przyrządów pozbawionych pcv, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 398. **Pakiet nr 2 Poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, standardowe przyrządy do przetoczeń krwi i preparatów krwiozastępczych, tak renomowanych producentów polskich jak Polfa Lublin lub Margomed, powszechnie i z powodzeniem stosowane w większości szpitali w RP.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 399. **PAKIET NR 5 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dotętnicze, powinny być wycenione razem z samoprzylepnym stabilizatorem piankowym z okienkiem wypełnionym folią poliuretanową o przepuszczalności min. 2000g/m2/24h/37°C oraz dodatkowymi przylepnymi paskami do stabilizacji linii infuzyjnych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 400. **PAKIET NR 6 Poz. 1-2** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule noworodkowe, powinny posiadać przepływ minimalny 11ml/min, przy zachowaniu wymogu dotyczącego przepływu maksymalnego, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 401. **Pakiet nr 6 Poz.** 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule noworodkowe, powinny być wycenione razem z samoprzylepnym stabilizatorem foliowym wykonanym z przezroczystego poliuretanu w rozmiarze 4,4 x 4,4 cm z ramką, z klejem akrylowym naniesionym w siateczkę z potwierdzeniem bariery folii dla wirusów na poziomie ≥27nm na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 402. **PAKIET NR 7 Poz. 1-7** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły, powinny posiadać potrójne ścięcie typu lancet oraz powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 403. **PAKIET NR 15 Poz. 1-2** - Prosimy o potwierdzenie, Iż oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadać czytelne oznaczenie znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 404. **Pakiet nr 15 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, Iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, powinny być wykonane ze standardowego atraumatycznego, silikonowanego PCV - przy zachowaniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 405. **Pakiet nr 15 Poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki zbrojone, powinny posiadać średnicę zewnętrzną nie większą od 9,0mm /dla rozmiaru 6,5/ do 11,3mm /dla rozmiaru 8,5/ oraz długość nie mniejszą niż odpowiednio 334mm i 388mm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 406. **Pakiet nr 15 Poz. 3** - Prosimy o potwierdzenie, Iż oferowane rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, powinny być wykonane ze standardowego atraumatycznego, silikonowanego PCV - przy zachowaniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 407. **Pakiet nr 15 Poz. 4** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki typ Guedel, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz dystalną krawędź z syntetycznej gumy, ograniczającej możliwość traumatyzacji w trakcie wykonywania procedury.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 408. **PAKIET NR 17 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, Iż oferowane rurki intubacyjne bez mankietu, pediatryczne, powinny być wykonane ze mieszaniny PCV i silikonu, co zapewnia najwyższy stopień atraumatyczności, dla rurek o krótkoterminowym stosowaniu - przy zachowaniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 409. **Pakiet nr 17 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez mankietu, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo dokładną identyfikację położenia rurki zarówno w stosunku do laryngoskopu w momencie procedury intubacji jak i przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 410. **PAKIET NR 18 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na filtry oddechowe o skuteczności nawilżania 23mg H_2O/l przy VT 500ml - światowego lidera w ich produkcji - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 411. **Pakiet nr 18 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry, powinny charakteryzować się identyczną do wskazanej w siwz skutecznością filtracji bakteryjnej (99,9999%) także dla wirusów oraz skutecznością filtracji względem cząstek NaCl na poziomie min. 99,978%.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 412. **Pakiet nr 18 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż opór przepływów dla oferowanych filtrów oddechowych, nie powinien przekraczać 0,8cm H_2O przy przepływie 30l/min do 3,6cm H_2O przy przepływie 90l/min.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 413. **PAKIET NR 19 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wymienniki ciepła i wilgoci, powinny być przeznaczone dla spontanicznie oddychających pacjentów z tracheostomią oraz powinny charakteryzować się niewielkimi rozmiarami /waga do 9g przy przestrzeni martwej do 16ml/ oraz wysoką wydajnością nawilżania /min. 28 mg/l przy VT - 500 ml/, powinny być jednoczęściowe oraz powinny posiadać zgodnie z wymogami siwz port do podawania tlenu i port do odsysania, opakowanie folia/papier.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 414. **Pakiet nr 19 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż opór przepływów dla oferowanych wymienników ciepła i wilgoci, nie powinien przekraczać 0,8cm H_2O przy przepływie 30l/min do 3,2cm H_2O przy przepływie 90l/min.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 415. **PAKIET NR 21 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane końcówki, powinny posiadać ergonomicznie ukształtowany, nieprzejrzysty uchwyt oraz przejrzystą końcówkę ssącą, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 416. **Pakiet nr 21 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane końcówki jako wyroby stosowane w jałowym polu operacyjnym, powinny być podwójnie pakowane w wewnętrzne, perforowane na całej powierzchni opakowanie foliowe oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 417. **PAKIET NR 22 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert a równoważne łączniki typu martwa przestrzeń, rozciągalne o długości 7/16cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 418. **Pakiet nr 22 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane łączniki typu martwa przestrzeń, powinny posiadać uniwersalne złącze 15M, złącze pacjenta 22M/15F, opakowanie folia-papier oraz powinny być sterylne.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 419. **PAKIET NR 24 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną /kolorystyczną/ o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiający szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 420. **PAKIET NR 25 Poz. 1** - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane maski twarzowe, powinny być wykonane ze 100% silikonu ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 421. **PAKIET NR 26 Poz. 1-2** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski w rozmiarach dla dzieci (S,M) i dla dorosłych (L,XL)
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 422. **Pakiet nr 26 poz.** 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski z rezerwuarem, powinny być wyposażone w antyzałamaniowy dren łączący o dł. 213cm, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 423. **Pakiet nr 26 poz.** 1 – 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski z rezerwuarem, powinny posiadać możliwość częściowej recyrkulacji lub bez recyrkulacji do dowolnego wyboru Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 424. **PAKIET NR 28 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sztuczne nosy, wymienniki ciepła i wilgoci, powinny charakteryzować się niewielkimi rozmiarami /waga do 9g przy przestrzeni martwej do 16ml/ oraz wysoką wydajnością nawilżania /min. 28 mg/l przy VT - 500 ml/, powinny być jednoczęściowe oraz powinny posiadać port do podawania tlenu i port do odsysania.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 425. Pakiet nr 28 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż opór przepływów dla oferowanych wymienników ciepła i wilgoci, nie powinien przekraczać 0,8cm H_2O przy przepływie 30l/min do 3,2cm H_2O przy przepływie 90l/min.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 426. **PAKIET NR 29 Poz. 3-4** - Prosimy o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze worków +/- 10mm, przy spełnieniu pozostałaych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 427. Pakiet nr 29 **Poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski, wiązane na troki.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 428. Pakiet nr 29 Poz. 5 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski, powinny posiadać skuteczność filtracji bakteryjnej BFE (3.0μm) na poziomie min. 98%, skuteczności filtracji cząsteczkowej PFE (0.1 μm) na poziomie min. 98% oraz ciśnienie różnicowe (zdolność oddechowa) na poziomie maks. 20 Pa, potwierdzone dokumentacją załączoną do oferty.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 429. Pakiet nr 29 **Poz. 10** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki do odsysania ran, powinny posiadać element konstrukcyjny umożliwiający wygodne i skuteczne wytworzenie podciśnienia np. w postaci specjalnego mieszka harmonijkowego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 430. **PAKIET NR 30 Poz. 1** - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy do lewatywy, powinny poza workiem z drem i kanką, posiadać także min. rękawice i lubrykant i powinny być pojedynczo pakowane.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 431. **PAKIET NR 33 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane worki, powinny posiadać tylną białą ściankę oraz dokładność pomiaru min. co 25ml do 100ml i co 100ml do 2000ml.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 432. **PAKIET NR 38 Poz. 1-3** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na folie operacyjne w równoważnych rozmiarach części lepnej odpowiednio: 10x20cm; 34x35cm; 56-60cm, spełniające pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 433. **Pakiet nr 38 Poz.** 1-3 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane folie, to folie bakteriobójcze, zapewniające znaczną redukcję wysokiej kolonizacji bakteryjnej skóry, a tym samym zwiększające bezpieczeństwo pacjnta.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 434. **PAKIET NR 43 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać rury rozciągalne wykonane z polipropylenu, o długości po rozciągnięciu wskazanej w siwz i po złożeniu o dł. max. 60cm złącza 22F-22F, ponadto równoległoramienny trójnik Y bez portów, ze złączem kątowym 90° i portem do kapnografii, dodatkowe ramię rozciągalne o dł. 45/120cm ze złączami 22M-22F.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 435. **Pakiet nr 43 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany w siwz worek, to worek bezlateksowy ze złączem 22M/19F, pakowany wspólnie z pozostałymi elementami zestawu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 436. **PAKIET NR 45 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne z drenem ze względu na „zamknięty kształt" wyrobu medycznego oraz niepożądane, karcynogenne działanie EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 437. **Pakiet nr 45 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne, powinny posiadać optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty ułatwiając ich użytkowanie i zapewniając tym samym pełny tor przepływu zakładany przez producenta wyrobu medycznego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 438. **PAKIET NR 56 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zamknięte systemy do odsysania dorosłych o długości 54-60cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 439. **Pakiet nr 56 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy do odsysania w układzie zamkniętym, powinny posiadać samouszczelniającą się zastawką oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, zapewniającą tym samym wymagany w siwz bezpieczny okres użytkowania 72H.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 440. **Pakiet nr 56 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania dorosłych ze względu na „zamknięty kształt" wyrobu medycznego oraz niepożądane, karcynogenne działanie EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 441. **PAKIET NR 62 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne obwody z dodatkową rurą o całkowitej długości 120cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 442. **Pakiet nr 62 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż wskazana w siwz „dodatkowa rura" powinna być także rozciągliwa i posiadać długość po złożeniu maks. 45cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 443. **Pakiet nr 62 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać rury rozciągalne wykonane z polipropylenu, o długości po rozciągnięciu wskazanej w siwz i po złożeniu o dł. max. 60cm złącza 22F-22F, ponadto równoległoramienny trójnik Y bez portów, ze złączem kątowym 90° i portem do kapnografii, ze złączami 22M-22F.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 444. **Pakiet nr 62 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany w siwz worek, to worek bezlateksowy ze złączem 22M/19F, pakowany wspólnie z pozostałymi elementami zestawu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 445. **PAKIET NR 67 Poz. 1-4** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki z białym tłokiem i kontrastującą skalą pomiarową, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 446. **Pakiet nr 67 Poz.** 1-4 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki powinny posiadać, wyraźne, nominalne skalowanie, o dokładności adekwatnej do pojemności oferowanych strzykawek.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 447. **Pakiet nr 67 Poz.** 1-4 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym, w celu zapewnienia pełnej i łatwiejszej identyfikacji używanej strzykawki, zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończonej procedurze.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 448. **Pakiet nr 67 Poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki, pakowane a 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 449. **Pakiet nr 67 Poz. 5** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych o dużej objętości (50-60ml) powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym poprzecznym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 450. **Pakiet nr 67 Poz. 5** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać zgodnie z zapisami siwz podziałkę o dokładności co 1ml, na całej długości wyskalowania, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 451. **Pakiet nr 67 Poz.** 5 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym oraz powinny być wpisane w instrukcje użytkowania popularnych pomp infuzyjnych takich producentów jak Ascor i Braun, co zapewnienia pełną i łatwiejszą identyfikacji używanej strzykawki, zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończonej procedurze.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 452. **Pakiet nr 67 Poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki o pojemności 50ml, z jednostronną skalą pomiarową - takich światowych liderów w ich produkcji jak firm B/Braun lub Becton-Dickinson, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 453. **Pakiet nr 67 Poz. 7** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać nakładaną igłę 0,45 x 10mm, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 454. **Pakiet nr 67 Poz. 7-8** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać skalowanie min. co 0,01ml.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 455. **Pakiet nr 67 Poz.** 7-8 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki pakowane a 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 456. **Pakiet nr 67 Poz. 9** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych bursztynowe, powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym poprzecznym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 457. **Pakiet nr 67 Poz. 9** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać podziałkę o dokładności co 1ml, na całej długości wyskalowania, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 458. **Pakiet nr 67 Poz.** 9 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym oraz powinny być wpisane w instrukcje użytkowania popularnych pomp infuzyjnych takich producentów jak Ascor i Braun, co zapewnienia pełną i łatwiejszą identyfikacji używanej strzykawki, zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończonej procedurze.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 459. **Pakiet nr 67 Poz. 9** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki bursztynowe, powinny być wyposażone dodatkowo w igłę z filtrem cząsteczkowym 15µm do pobierania leków, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 460. **PAKIET NR 71 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny Redona o długości 70cm, pakowane w opakowania folia-papier.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 461. **Pakiet nr 71 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 462. **PAKIET NR 73 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania w pediatrycznych rozmiarach Ch 08-10, o standardowej dla tych rozmiarów długości 40cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 463. **Pakiet nr 73 Poz.** 1 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania z otworami naprzeciwległymi, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 464. **Pakiet nr 73 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, zgodnie z opisem siwz, poza kolorystycznym oznaczeniem konektora oznaczającym rozmiar, powinny posiadać także numeryczne oznaczenie rozmiaru na samym cewniku oraz na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 465. **Pakiet nr 73 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać uniwersalne zakończenia typu lejek z wewnętrznym karbowaniem, zapewniającym w pełni szczelne połączenie z drenami łączącymi, a tym samym zapewniającym skuteczne i bezpieczne wykonanie procedury.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 466. **PAKIET NR 74 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Foleya silikonowane t.j. pokryte zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 467. **Pakiet nr 74 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny posiadać balon o pojemności 10ml, zapewniający optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujący optymalne warunki ich stabilizacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 468. **Pakiet nr 74 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 469. **Pakiet nr 74 Poz. 1** - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 470. **PAKIET NR 77 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya 100% silikon, powinny posiadać w komplecie min. dwie samoprzylepne nalepki do dokumentacji, co zapewnia ich identyfikacje w całym okresie długoterminowego /do 90 dni/ utrzymania cewnika, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 471. **PAKIET NR 81 Poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Pezzera powinny posiadać minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, co zapewnia zakładaną przez producenta wielkość drenażu dla poszczególnych rozmiarów.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 472. **PAKIET NR 83 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem w równoważnych, standardowych rozmiarach (skok rozmiaru co 4CH): t.j. 20CH, 24CH, 28CH, 32CH, 36CH, 40CH /do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 473. **Pakiet Nr 83 Poz.** 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem, powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z ISO, min. na uchwycie trokaru.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 474. **Pakiet nr 83 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem, powinny posiadać linię kontrastową rtg wzdłuż całego cewnika oraz wokół otworów drenujących, co zapewnia identyfikację ich precyzyjnego położenia w trakcie wykonywania drenażu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 475. **PAKIET NR 87 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na sondy Sengstakena w rozmiarach Ch 16, 18, 21, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 476. **Pakiet nr 87 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena, powinny posiadać długość min. 100cm, czytnik położenia RTG pomiędzy balonami oraz min. 4 otwory odsysające w części dystalnej sondy, które to parametry zapewniają optymalne, w pełni bezpieczne warunki kliniczne użytkowania sond.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 477. **Pakiet nr 87 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena, powinny być wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 478. **PAKIET NR 90 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Dufoura, z balonem o pojemności określanej przez producenta jako 30-50ml lub 60-80ml, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, wykonane z lateksu pokrytego hydrożelem, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 479. **Pakiet nr 90 Poz.** 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Dufoura, powinny posiadać żebrowany balon, co zapewnia jego optymalną wytrzymałość oraz symetryczność kształtu, a tym zapewnia równomierne rozłożenie ucisku na lożę pozabiegową.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 480. **PAKIET NR 229 Poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych niejałowych, bezpudrowych, nitrylowych, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowanych jako wyrób medyczny i ŚOI min. kat III zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 2016/425 , chlorowane od strony wewnętrznej, zgodne z normą EN 455-1,2,3 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności i na opakowaniu. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm (zgodnie wymogiem normy EN 455-2), mediana siły zrywu przed i po starzeniu min 6N zgodnie ze zharmonizowaną europejską normą EN 455-2 zamiast wymogów wg standardu amerykańskiego dot. parametrów rozciągliwości- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej. Grubość pojedynczej ścianki: 0,10mm±0,01, dłoni 0,07mm±0,01, mankiecie 0,06mm±0,01;rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 374-1, typ B. Rękawice posiadające badanie na PSI - pierwotne podrażnienie skóry. Rękawice posiadające badania wg 100 razy dokładniejszej metody na przenikanie cytostatyków (wg ASTM D6978) niż EN 374-3 na min. 30 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455 - wszystkie części. Pakowane po 100 lub 200 szt. z przeliczeniem ilości całkowitej. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Rękawice posiadają dokumenty: Deklaracja Zgodności CE oraz certyfikat potwierdzający kategorię ŚOI , wyniki z badań na substancje chemiczne wg. EN ISO 374-1, wyniki badań na substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978, Karta techniczna opracowana na podstawie raportów badań producenta i jednostki niezależnej.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 481. **PAKIET NR 230 Poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych, bezlateksowych, neoprenowych, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikrotekstsurowana, rękawice polimeryzowane w technologii wielowarstwowej z zastosowaniem polimeru medycznego, chroniącego dłoń i ułatwiającego zakładanie nawet na wilgotną dłoń, o wyższej szczelności-AQL 0,65, Rozmiary 5,5, - 9,0.

Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230.	CPV - 33.14.00.00-3;				*po modyfikacji*				WADIUM:	1 818,60 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikrotekstsurowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 482. **dotyczy Pakietu nr 143 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z dodatkowymi 4 ręcznikami o wymiarach 30 x 40 cm oraz 1 dwukomorową kieszenią na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm. Elementy zestawu wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 483. **dotyczy Pakietu nr 144 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do laparoskopii zgodnego z opisem: Jałowy zestaw do laparoskopii II (pozycja litotomijna) - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej **(2 warstwowe)** o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową; - 1 serweta o wym. 200/260x300cm (wzmocnienie min. 50x80 cm) z samoprzylepnym oknem i dwiema przeźroczystymi dwukomorowymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm.; - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm; - Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm; Zestaw musi być zapakowany w opakowanie typu „folia-papier", posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 484. **dotyczy Pakietu nr 146 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do cesarskiego cięcia zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia III (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej **(2 warstwowe)** o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, z przylepnym oknem 38x38 cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi; - 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm; - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm; - 2 ręczniki 30x40cm;- Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 485. **dotyczy Pakietu nr 147 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do operacji ginekologicznych zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (2 warstwowe) o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego w części krytycznej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta główna wzmocniona o wym. 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem kroczowym 9x12cm; - 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystej folii PE o wym. 50x50cm; - 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm; - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm; - 2 ręczniki 30x40cm;- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 486. **dotyczy Pakietu nr 148 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do operacji kończyn zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do chirurgii kończyny dolnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej **(2 warstwowe)** o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta główna wzmocniona o wym. 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem 5x7 cm, z uchwytem typu „rzep" do mocowania przewodów i drenów; - 1 serweta o wym. 150x150cm; - 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm; - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm; - 2 ręczniki 30x40cm; - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 487. **dotyczy Pakietu nr 150 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do operacji urologicznych zgodnego z opisem: Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (2 warstwowe) o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Skład : - 1 serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wym. 200/260x185 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 7 cm), otwór na prącie(7x10 cm) i osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3 cm).. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i zaworem spustowym; - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm; - 2 ręczniki 30x40cm; - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 488. **dotyczy Pakietu nr 151 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do operacji stawu biodrowego zgodnego z opisem: Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej **(2 warstwowe)** o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H_2O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm); - 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm; - 1 serweta o wym. 150x150cm; - 1 serweta o wym. 75x90cm; - 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm; - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm; - 4 ręczniki 30x40cm; - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 489. **dotyczy Pakietu nr 152 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do artroskopii kolana zgodnego z opisem: Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej **(2 warstwowe)** o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H_2O. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym

otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep"); - 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm; - 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm; - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm; - 2 ręczniki 30x40cm ; - Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 490. **dotyczy Pakietu nr 211 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletu pościeli z włókniny o gramaturze 20 g/m². **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 491. **dotyczy Pakietu nr 229 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic zgodnych z opisem jak niżej: Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI min. KAT III, chlorowane i polimeryzowane od strony wewnętrznej. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w raporcie z badań producenta. Ponadto informacja o zgodności z EN 455 (bez rozwinięcia na części) podana w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia mikrotekstura z teksturą na końcach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości min. 241 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 500%, po przyspieszonym starzeniu min. 400% - potwierdzone katalogiem produktowym. Grubość pojedynczej ścianki: palce - 0,12mm; dłoń- 0,08mm. Zawartość protein: brak, produkt bezlateksowy. Rękawice nie uczulają, nie wywołują reakcji alergicznych. Rękawice wszechstronnie przebadane wg nowych norm, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 na 14 substancji chemicznych w tym:

1	4% diglukonian chlorheksydyny	Poziom 6
2	40% wodorotlenek sodu	Poziom 6
3	10-13% podchloryn sodu	Poziom 6
4	50% kwas siarkowy	Poziom 6
5	10% kwas octowy	Poziom 4
6	5% bromek etydyny	Poziom 6
7	37% formaldehyd (T)	Poziom 3
8	50% aldehyd glutarowy	Poziom 6
9	0.1% fenol	Poziom 6
10	30% nadtlenek wodoru (P)	Poziom 2
11	1.5% metanol w wodzie	Poziom 6
12	25% wodorotlenek amonu (O)	Poziom 1
13	3% jod powidonu	Poziom 6
14	10% nadwęglan sodu	Poziom 6

Rękawice posiadają badania wg normy amerykańskiej ASTM D6978-05 na 15 cytostatyków w tym Etopozyd, Fluorouracyl, Metotreksat, Mitomycyna C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa wytwórcy/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455. Pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Dokumenty, które przedłożymy na wezwanie: Deklaracja Zgodności, Certyfikat badania typu WE, Folder (katalog produktowy potwierdzający wymagane parametry), Raport z badań na substancje chemiczne wg EN 374-4 oraz EN 16523-1, Raport z badań na substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978-05, Raport producenta potwierdzający wymagane parametry, nie starszy niż z 2016 roku.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 492. **dotyczy Pakietu nr 229 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic zgodnych z opisem jak niżej: Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI min. KAT III, chlorowane od strony wewnętrznej. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w katalogu produktowym. Ponadto informacja o zgodności z EN 455 (bez rozwinięcia na części) podana w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana + teksturowana na końcach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości min. 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 500%, po przyspieszonym starzeniu min. 400% - potwierdzone katalogiem produktowym. Grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 0,08 mm; dłoń-min 0,06mm. Rękawice hypoalergiczne - badanie na PSI - Wykonawca załączy na wezwanie Zamawiającego. Rękawice antybakteryjne z generatorem tlenu singletowego (pokrycie powierzchni

zewnętrznej – tlen singletowy). Tlen singletowy generowany w reakcji fotoaktywacji wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, związane z utlenianiem lipidów (składników błon komórkowych), białek (w tym enzymów) i kwasów nukleinowych. Udokumentowana skuteczność bakteriobójcza zgodnie z ASTMD 7907 na min. 4 bakterie: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Rękawice wszechstronnie przebadane wg nowych norm, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 na 10 substancji chemicznych, tj.

1	40% wodorotlenek sodu	Poziom 6
2	30% nadtlenek wodoru (P)	Poziom 1
3	37% formaldehyd (T)	Poziom 4
4	Metanol	Poziom 0
5	3% nadtlenek wodoru	Poziom 6
6	4% aldehyd glutarowy	Poziom 6
7	10% formaldehyd	Poziom 6
8	40% chlorek sodu	Poziom 5
9	4% glukonian chlorheksydyny	Poziom 6
10	25% wodorotlenek amonu	Poziom 0

Rękawice posiadające badania wg normy amerykańskiej ASTM D6978-05 na 12 cytostatyków w tym Etopozyd, Fluorouracyl, Metotreksat, Mitomycyna C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa wytwórcy/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455. Pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Dokumenty, które przedłożymy na wezwanie: Deklaracja Zgodności, Certyfikat badania typu UE, Folder (katalog produktowy potwierdzający wymagane parametry), Raport z badań na substancje chemiczne wg EN 374-4 oraz EN 16523-1, Raport z badań na substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978-05, badanie na PSI.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 493. **dotyczy Pakietu nr 229 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic zgodnych z opisem jak niżej: Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI min. KAT III, chlorowane i polimeryzowane od strony wewnętrznej. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w raporcie z badań producenta. Ponadto informacja o zgodności z EN 455 (bez rozwinięcia na części) podana w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia mikrotekstsurowana + teksturowana na końcach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości min. 241 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 500%, po przyspieszonym starzeniu min. 400% - potwierdzone katalogiem produktowym. Grubość pojedynczej ścianki: palce - 0,14 mm; dłoń-min 0,09 mm. Rękawice hypoalergiczne - badanie na PSI - Wykonawca załączy na wezwanie Zamawiającego. Rękawice wszechstronnie przebadane wg nowych norm, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 na 14 substancji chemicznych, tj.

1	40% wodorotlenek sodu (K)	Poziom 6
2	10-13% podchloryn sodu	Poziom 6
3	50% kwas siarkowy	Poziom 6
4	65% kwas azotowy (M)	Poziom 0
5	99% kwas octowy (N)	Poziom 0
6	25% wodorotlenek amonu (O)	Poziom 0
7	5% bromek etydyny	Poziom 6
8	37% formaldehyd (T)	Poziom 3
9	50% aldehyd glutarowy	Poziom 6
10	0,1% fenol	Poziom 6
11	n-heptan (J)	Poziom 0
12	1,5% metanol w wodzie	Poziom 6
13	70% izopropanol	Poziom 0
14	30% nadtlenek wodoru (P)	Poziom 1

Rękawice posiadające badania wg normy amerykańskiej ASTM D6978-05 na 15 cytostatyków w tym Etopozyd, Fluorouracyl, Metotreksat, Mitomycyna C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji,

data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa wytwórcy/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455. Pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Dokumenty, które przedłożymy na wezwanie: Deklaracja Zgodności, Certyfikat badania typu UE, Folder (katalog produktowy potwierdzający wymagane parametry), Raport z badań na substancje chemiczne wg EN 374-4 oraz EN 16523-1, Raport z badań na substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978-05, badanie na PSI. Raport producenta potwierdzający wymagane parametry, nie starszy niż z 2016 roku.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 494. **dotyczy Pakietu nr 230 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic z mankietem rolowanym z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikrotekstura, chlorowana, silikonowana. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Lepszy AQL = 0,65. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; *po modyfikacji* WADIUM: 1 818,60 zł										
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 495. **dotyczy Pakietu nr 230 poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic z mankietem rolowanym. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Wewnętrzna polimeryzowana. Lepszy AQL = 0,65. Rozmiary od 6,0 do 9,0. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; *po modyfikacji* WADIUM: 1 818,60 zł										
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 496. **Pytania do wzoru umowy:** Wnosimy o zmianę § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści: *„Przy większych dostawach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wózek paletowy na miękkich kołach."*
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 497. Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 3 ust. 3 projektu umowy terminu na **realizację reklamacji** jakościowej do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353[1] KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 498. Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 6 i 7 projektu umowy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 499. Wnosimy o zmianę § 6 ust. 2 lit. b) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."* **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj.: uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 500. Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 6 ust. 5 o następującej treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."* **UZASADNIENIE :** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 501. Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości [0,1 / 0,5 % *] za każdy dzień zwłoki - w § 7 ust. 1 pkt. 1.1. oraz 1.3 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny") oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP") poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 502. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 3 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z poglądem orzecznictwa kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 503. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 504. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1.1, 1.3: W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części
umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1. w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia.** Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 6 umowy;

1.3. w wysokości **0,5%** wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.** Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy;

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 505. **Dotyczy zapisów SIWZ:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z zapisami rozdziału VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 506. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 507. **Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy zadanie 234.1.-234.2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier w opakowaniu 125szt. w odpowiednim przeliczeniu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 508. **Dotyczy zadanie 235** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw z folią 8 warstwową?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 509. **Dotyczy zadanie 235** - Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa zabezpieczona była folią termokurczliwą wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizacje opakowania medycznego? Etykieta ułatwia archiwizację oraz magazynowanie produktu, natomiast folia zabezpiecza rękaw podczas transportu jak i na magazynie.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 510. **Dotyczy zadanie 235** - Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie zamieszczony był piktogram informujący, że opakowanie jest jednorazowego użytku oraz piktogram o kierunku otwierania co zminimalizuje ryzyko pomyłki?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 511. **Dotyczy zadanie 235** - Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 512. **Dotyczy zadanie 236.2.** - Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 513. **Dotyczy zadanie 236.3.** - Czy Zamawiający wymaga aby zintegrowany test chemiczny typ 5 w formie paska z dwoma niezależnymi, rozróżnionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancją wskaźnikową co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 514. **Dotyczy zadanie 236.3.** - Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 515. **Dotyczy zadanie 236.3.** - Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności, Zamawiający wymaga aby test posiadał minimalną długość 10 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 516. **Dotyczy zadanie 236.3.** - Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiający wymaga aby testy dostarczane były w opakowaniu strunowym ułatwiającym przechowywania, nie przepuszczającym światła oraz zapewniającym wielokrotne otwieranie i zamykanie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 517. **Dotyczy zadanie 238** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw polyolefinowo – foliowy o parametrach: - gramatura polyolefinu 93g/m^2; - grubość folii 50 µm; - folia 6-warstwowa; - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach; - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5; - temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 518. **Dotyczy zadanie 238** - Czy Zamawiający wymaga aby dla bezpieczeństwa, otwieranie rękawów odbywało się bezpyłowo w obu kierunkach ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 519. **Dotyczy zadanie 238** - Czy Zamawiający wymaga certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 520. **Dotyczy zadanie 239.** - Czy Zamawiający ma na myśli ampułkowe testy biologiczne zgodne z poniższą charakterystyką: - końcowy odczyt wyniku po 10 h, - test zgodny z normą PN EN ISO 11140, - rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczony na każdej ampułce, - etykieta łatwo odklejana ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, - kompatybilny ze standardowymi inkubatorami różnych producentów, - wielkość opakowania 50 szt. ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 521. **Dotyczy zadanie 249.1.** - Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 522. **Dotyczy zadanie 249.1.** - Czy Zamawiający wymaga aby substancja wskaźnikowa zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 523. **Dotyczy zadanie 249.1.** - Czy Zamawiający wymaga aby na teście znajdowały się informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 524. **Dotyczy zadanie 250.** - Czy zamawiający wymaga aby test miał formę pokrytego laminatem paska samoprzylepnego co ułatwi archiwizację?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 525. **Dotyczy zadanie 250.** - Czy Zamawiający wymaga aby na teście znajdowały się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 526. **Dotyczy zadanie 250.** - Czy Zamawiający wymaga aby dla bezpieczeństwa testy dostarczane były w opakowaniu strunowym, nie przepuszczającym światła, zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 527. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 16G, dł. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 528. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 14G, dł. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 529. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 20G, dł. 32mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 530. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 18G, dł. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 531. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 22G, dł. 25mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 532. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 6 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 17G, dł. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 533. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 7 dopuści kaniule wykonaną z PTFE, z zaworem górnego portu zamykanym standardowo, 2 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 24G, dł. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 534. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści kaniule wykonaną z PUR, z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem z dodatkowym portem iniekcji, posiada: samodomykający się zawór górnego portu, min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 18G, dł. 32 mm i 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 535. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 9 dopuści kaniule wykonaną z PUR, z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem z dodatkowym portem iniekcji, posiada: samodomykający się zawór górnego portu, min. 4

paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki, rozmiar: 20G, dł. 32 mm i 25mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 536. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 10 dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 537. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 11 dopuści kranik wykonany z poliwęglanu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 538. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 12 dopuści kaniulę w rozmiarach: 24Gx19mm, 22Gx25mm, 20Gx32mm, 18Gx32mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 539. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 wymaga zaoferowania 15 opakowań a' 100 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania 15 opakowań po 100 szt. Zamawiający modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 11 w następujący sposób:

PAKIET NR 11.			CPV - 33.14.00.00-3;		*po modyfikacji*				WADIUM:	4,00 zł
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/ nr katalogowy	Próbki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Igły do penów sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, bez lateksu. Rozm. 8 mm x 0,30 mm. Opakowanie po 100 szt.	opak.	15							

Pytanie 540. **Pakiet 38 poz.1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 10x14cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 541. **Pakiet 38 poz.2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 15x28cm lub 30x28cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 542. **Pakiet 38 poz.3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 45x55cm lub 45x75cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 543. **Pakiet 143** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm i serwetą na stolik narzędziowy w rozmiarze 152x190cm. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 544. Pakiet nr 143 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane serwety operacyjne okrywające pacjenta wykonane były z chłonnego materiału na całej swojej powierzchni?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 545. **Pakiet 144** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieniem. Skład zestawu: -1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm; -1x serweta na stolik Mayo 80x142cm; -1x serweta 196x269x304cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28cm, ze wzmocnieniem 53x56cm wokół otworu z włókniny SMMMS, ze zintegrowanymi nogawicami oraz organizatorami przewodów typu rzep.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 546. Pakiet nr 144 - Czy Zamawiający ma na myśli obłożenie trójwarstwowe , które jest chłonne w części okrywającej pacjenta?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 547. **Pakiet 145** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii o następującym składzie: -1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm; -2x nogawice 79x140 cm; -1x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 548. **Pakiet 146** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie: -1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu); -1x serweta na stolik Mayo 80x142cm; -1x kocyk dla noworodka 100x105cm; -2x ręcznik chłonny 20x30cm; -1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2

portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/-3cm; część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 549. **Pakiet 147** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ginekologicznego o następującym składzie: -1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem (opakowanie wewnętrzne); -2x ręcznik chłonny 60x40 +/-2cm; -1x serweta pod pośladki 96x126cm; -1x serweta przylepna 46x65cm z chłonnej włókniny trójwarstwowej o gramaturze 66g/m²; -1x serweta główna 89/312x229cm z przylepnym otworem kroczowym 6x17cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu operacyjnego 50x60 +/-2cm, ze zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w 2 podwójne uchwyty na przewody. Serweta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 550. **Pakiet 148** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn o następującym składzie: -1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu); -1x taśma lepna 9x50x13cm; -2x ręcznik chłonny 20x30cm; -1x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen);
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 551. **Pakiet 150** - Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 74x190cm; - 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm; - 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm; - 1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR, ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny 95x60cm z kształtka , z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 552. **Pakiet 151** - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu o następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm; - 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm; - 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm; - 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony; - 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm; - 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm; - 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 553. **Pakiet 152** - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu); -1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm; -1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 554. **Pakiet 154** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonanej z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 555. **Pakiet 156** - Prosimy o dopuszczenie torby na płyny wykonanej z PE 51x56cm z przylepcem 5x46cm, filtrem, portem wyjściowym i kształtowalnym paskiem.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 556. **Pakiet 159** - Prosimy o dopuszczenie serwety z bilaminatu 90x75cm z przylepnym otworem 6x8cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 557. **Pakiet 160** - Prosimy o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szerokości 13 cm oraz długości min. 240 cm, wykonany z mocnej folii z perforowaną jedną końcówka zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmę lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 558. **Pakiet 161** - Prosimy o dopuszczenie stokinety z bilaminatu 36,5x72cm z dodatkowa taśma lepną w rozmiarze 9x50cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 559. **Pakiet 163** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli operacyjnej o następującym obwodzie klatki piersiowej: S-54cm ±2cm, M-58 ±2cm, L-62±2cm, XL-66cm±2cm oraz spodni operacyjnych o następującej długości nogawek: S-112±2cm, M-114±2cm, L-116±2cm, XL-118±2cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 560. **Pakiet 173** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ligniny pakowanej po 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości kilogramów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo – cenowym wpisać wielkość opakowania i liczbę opakowań po przeliczeniu, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 561. **Pakiet 177** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 562. **Pakiet 177 poz.3** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru plastra do venflonów.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 563. **Pakiet 178** - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 178 pozycji 1 i utworzenie Pakietu np. 178A. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 564. **Pakiet 180** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60x60cm +/- 3%.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 565. **Pakiet 181** - Prosimy o dopuszczenie pokładu w rozmiarze 58x91cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 566. **Pakiet 182** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60x90cm +/-3% i chłonności 1100-1200ml.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 567. Pakiet nr 182 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60x90cm +/-3% i chłonności 1800-2300g.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 568. **Pakiet 185** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 569. **Pakiet nr 185** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 570. **Pakiet 202** - Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek zbudowany był z 3 hydrokoloidów, co przekłada się bezpośrednio na większą chłonność opatrunku?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 571. **Pakiet 222** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha ochronnego o gramaturze 18 gsm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 572. **Pakiet 228** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 573. **Pakiet nr 228** - Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 574. **Pakiet 229** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 575. **Pakiet nr 229** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL<1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na opakowaniu.

Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Rozmiary XS-XL pakowane po 100 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 576. Pakiet nr 229 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowe do badań, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, , EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu (m. in. 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut). Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym min. Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu, Melphalanu potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Certyfikaty zgodności z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). Oznaczenie rozmiaru co najmniej na 5 ściankach opakowania
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 577. **Pakiet 230** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych, o syntetycznej powłoce polimerowej, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, antypoślizgowa (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności); AQL = 0,65 po zapakowaniu.
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230.	CPV - 33.14.00.00-3;				*po modyfikacji*				WADIUM:	1 818,60 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 578. **Pakiet nr 230** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, koloru jasnobrązowego, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230.	CPV - 33.14.00.00-3;				*po modyfikacji*				WADIUM:	1 818,60 zł
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 579. **Pakiet nr 230** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu nie zawierającego białek o właściwościach najbardziej zbliżonych do lateksu. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni i mankietem anatomicznie prostym ze wzmocnieniem w postaci rolowania. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Grubość na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,215 mm, na mankiecie 0,17 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawic. Obniżony poziom AQL wynoszący 0,65 po zapakowaniu.
Odpowiedź: Obowiązujący jest poniższy opis – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; *po modyfikacji* WADIUM: 1 818,60 zł										
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr katalogowy**	**Próbki**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1.	Rękawice chirurgiczne jałowe bezlateksowe, bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowa i chlorowana. Wewnętrzna pokrywana poliuretanem i silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do 9,0	para	21 000							

Pytanie 580. **Pakiet 231** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rozciągliwości przed i po starzeniu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 581. **Pakiet 232 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych do badań, przeznaczone do pracy z cytostatykami i substancjami chemicznymi. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem. Mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na palcach, zapewniająca dobrą chwytność w suchym i wilgotnym środowisku. Wewnętrzna warstwa polimerowa ułatwiająca zakładanie. Podwyższona barierowość dla substancji chemicznych i leków cytostatycznych. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji oraz min. 2 leków cytostatycznych. Materiał / kolor: Nitryl / Niebieski; AQL:1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu); grubość (pojedyncza ścianka; mm): palec - 0,10- 0,12 mm, dłoń-0,08-0,10 mm, mankiet- 0,06-0,07 mm; długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm; opakowanie:100 szt. (90 szt. dla rozm.XL); siła zrywania przed starzeniem: min. 9 N; zgodność z normami: EN 455 1,2,3,4, EN 374 2,3, EN 420, ASTM F1671, EN 388, ASTM D 6978, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001; czas przebicia Carmustyny 3,3mg/ml >=26min.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 582. **Pakiet nr 232** - Prosimy Zamawiającego czy dopuszcza klasyfikacje jako wyrób medyczny wg aktualnie obowiązującej do maja 2020 roku dyrektywy 93/42/EEC oraz cytostatyki przebadane zgodnie z normą ASTM D6978.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 583. **Pakiet 232 poz.2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości palca min.0,12, dłoni 0,08-0,1, mankietu min. 0,05mm (cieńsze rękawice dają lepsze czucie przy zachowaniu pozostałych parametrów na równie wysokim poziomie), zawartości pudru <2mg/g, sile zrywania przed starzeniem min 9,6N, o przepuszczalności cyklofosfamidu min. 87 min.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 584. **Pakiet nr 232 poz.** 2 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od badań na Cisplatin.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 585. **Pakiet nr 232 poz.** 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klasyfikacji jako wyrób medyczny wg aktualnie obowiązującej do maja 2020 roku dyrektywy 93/42/EEC.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 586. **Pakiet 7 – Poz. 2 i 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 32 mm i igły w rozmiarze 0,6 x 32 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 587. **Pakiet 22 poz 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik ma posiadać dodatkowe silikonowe pierścienie uszczelniające od strony pacjenta i obwodu oddechowego?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 588. **Pakiet 33** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy worek ma mieć nadrukowaną instrukcję użycia.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 589. **Pakiet 62** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rury długości 183 cm.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 590. **Pakiet 66 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw do toalety jamy ustnej z odsysaniem w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) ma być zarejestrowany do klasy IIa?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 591. **Pakiet 77 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością stosowania do 90 dni, z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 592. **Pakiet nr 77 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawka wypełniona 10 % gliceryną znajdowała się w jednym fabrycznym opakowaniu z cewnikiem?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 593. **Pakiet 79 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu w zależności od potrzeby anatomicznej?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 594. **Pakiet 132 poz. 1** - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby żel był wolny od parabenów i konserwantów które mogą wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne u pacjentów?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 595. **Dotyczy: Pakiet 47 wapno sodowane** - Aby precyzyjne dobrać odpowiedni produkt czy zamawiający wymaga Wapna medycznego anestezjologiczne sodowane z indykatorem zmieniającym kolor z białego na fioletowy, opakowanie= 4,5 kg, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%, wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 596. **Dotyczy: Pakiet nr 57 przetworniki -** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 152 cm (1 x 122 cm + 1 x 30 cm); 1 x przetworniki o częstotliwości >1200 Hz wyposażone w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła prosta w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelnienia systemu. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z kardiomonitorem bez – pinowe kompatybilne z kardiomonitorami posiadanymi przez zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 597. **Dotyczy: Pakiet nr 58: okularki do fototerapii** - Aby precyzyjne dobrać odpowiednie okularki do fototerapii czy Zamawiający wymaga od składających oferty okularki do fototerapii dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z Delikatnego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, zapinane na 1 rzep na potylicy i wykonane z jednego kawałka materiału i posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach do wyboru zamawiającego - Noworodki 30 – 38 cm

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 598. **Dotyczy pakietu nr 141 poz. 2 – szczotki do czyszczenia kanału endoskopu:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 599. **Dotyczy pakietu nr 141 poz. 2 – szczotki do czyszczenia kanału endoskopu:** Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny szczotkę długości 230 cm, spełniającą wymagania SIWZ, o średnicy włosia – 5mm, średnicy 1,7-1,8 mm??
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 600. **Dotyczy pakietu nr 235:** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię sześciowarstwową, nie licząc warstwy klejącej, co nie wpływa na jakość opakowania z uwagi na porównywalną grubość folii biorąc pod uwagę opakowania dostępne na rynku?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 601. **Dotyczy pakietu nr 235** - Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 602. **Dotyczy pakietu nr 235** - Czy Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 6 i 8 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że znak CE umieszcza się na opakowaniu handlowym wyrobu oraz że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 603. **Dotyczy pakietu nr 235** - Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 604. **Dotyczy pakietu nr 235** - Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosiła 150-220°C?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 605. **Dotyczy pakietu nr 235** - Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 606. **Dotyczy pakietu nr 235** - Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 607. **Dotyczy pakietu nr 236:** Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny taśmę samoprzylepną z indykatorem parowym o szerokości 18 mm, rolka 55mb?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 608. Dotyczy pakietu nr 236 - Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnika, kl. V z informacją o klasie i zgodności z normą wg ISO 11140-1 umieszczonej na opakowaniu?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 609. ***Dotyczy pakietu 131 poz. 1*** - Szanowni Państwo, Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 131 i stworzenie na tą pozycje osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 610. ***Dotyczy pakietu 131 poz. 5,6*** - Szanowni Państwo, Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 5,6 z pakietu 131 i stworzenie na tą pozycje osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 611. ***Dotyczy pakietu 131 poz. 11*** - Szanowni Państwo, Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 131 i stworzenie na tą pozycje osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 612. ***Dotyczy pakietu 227 poz. 9*** - Szanowni Państwo, Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 227 i stworzenie na tą pozycje osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 613. Pakiet nr 138 - Czy Zamawiający dopuści zestaw sześciogumkowy, sznurek spustowy dł. 145cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 614. Pakiet nr 139 - Czy Zamawiający dopuści 3-kanałowy balon ekstrakcyjny progresywny, bezlateksowy, 7 Fr, średnica balonu 9-12-15mm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 615. Pakiet nr 164 - Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 1.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 616. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 128 poz. nr 1 Igły o długości 16 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy pakietu nr 128 poz. 1 w następujący sposób:

PAKIET NR 128.			**CPV- 33.14.00.00-3;**		***po modyfikacji***				**WADIUM :**	**106,60 zł**
L.p.	**Opis przedmiotu zamówienia**	**J.m.**	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT (%)**	**Wartość brutto**	**Producent**	**Nazwa handlowa/ nr**	**Próbki**

									katalogowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowe igły biopsyjne do biopsji stercza 18FR, dł. 16 cm, do aparatu MAGNUM firmy BARD	szt.	100							
2.	Jednorazowe igły biopsyjne do biopsji stercza 18FR, dł. 25 cm, do aparatu MAGNUM firmy BARD	szt.	150							
				RAZEM:						

Pytanie 617. Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 131 poz. nr 13 oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 618. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie
Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z zapisami rozdziału VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 619. **dot. § 7 ust 1.1 oraz ust. 1.3 wzoru umowy** - Zwracamy się z prośba o zmniejszenie kar umownych z 3 % na 1 %
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 620. **dot. § 2 ust 6 wzoru umowy** - Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi." Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczną dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedłużając termin:
składania ofert na 04.10.2019 r. (godzina 9:00),
otwarcia ofert na 04.10.2019 r. (godzina 11:00).

W związku z powyższym zmianie ulegają:
- **zapisy ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji* zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.**
- **zapisy SIWZ wraz z Formularzem asortymentowo – cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ.**

W związku z powyższym zapisy SIWZ przyjmują następujące brzmienie:

➢ **Rozdział XI. SIWZ:**

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04.10.2019 r. do godziny 9:00

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **04.10.2019 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Budynek Administracji, I piętro, w pokoju nr 15.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Wiceprezes Zarządu

lek. med. Urszula Marjańska

Wiceprezes Zarządu

lek. med. Urszula Marjańska