

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddębice, dn. 22.10.2019 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/ **373**/2019


Dotyczy: „Dostawy materiałów szewnych dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3331/9/2019

Odpowiedzi na pytania III

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów szewnych dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

- Pytanie 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pod pojęciem „taśma do nietrzymania moczu, do przejścia zasłonowego. Metoda zakładania inside - outside (nazywane też zasłonowymi taśmami podcewnikowymi do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu). Parametry taśmy: polipropylen niewchłaniający, monofilament o wymiarach 1,1 cm x 45cm, cięta laserowo, wielkość porów powyżej 100 mikronów. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce. Taśma umieszczona pomiędzy dwiema osłonami trokaru zespolonymi z taśmą i osłoną taśmy. Trokary jednorazowe - prowadnice stal nierdzewna z rączką profilowaną do przejścia zasłonowego metodą inside - outside, umieszczone w plastikowej osłonce rozumie” i będzie wymagał system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu implementowany inside - outside o następujących parametrach taśma wykonana z polipropylenu, monofilament, szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość ok. 0,7 mm, wielkość porów 100 mikronów, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce zintegrowanej z plastikowymi osłonkami na trokar, jednorazowy trokar ze stali nierdzewnej, profilowany do przejścia zasłonowego z plastikową rękojęcią?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy zamawiający w pakiecie nr 5 dopuszcza zaoferowanie taśmy polipropylenowej, monofilamentowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o średnicy włókna 0,15 mm, długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, gramatura 70g/m², porowatość 86% , wytrzymałość 55N/cm, grubość nici 0,15mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętli na całej długości taśmy. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma nie wymagająca dwuczęściowej plastikowej osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu

Lek. med. Urszula Marjańska

