



Szpital akredytowany



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
Sp. z o.o.



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 12.01.2021 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/ 8 /2021

Dotyczy: „Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3330/12/2020

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawek podatku Vat w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym dla niżej wymienionych pozycji:
to jest:
poz. nr 1 sterylizator parowo – formalinowy HS6610
poz. nr 2 sterylizator parowy HS 6610
poz. nr 3 sterylizator parowy H33
poz. nr 4 suszarka S363
poz. nr 5 myjnia – dezynfektor S-46-5
poz. nr 8 myjnia Medisafe
poz. nr 9 myjnia do basenów REVO100HE
poz. nr 10 myjnia do basenów KD 202AP
poz. nr 11 myjnia do basenów TORNADO SP 1000

Według naszej wiedzy w/w urządzenia są urządzeniami medycznymi i można dla nich zastosować obniżoną 8% stawkę VAT jaką zostały objęte wszystkie urządzenia medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, w związku z powyższym modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w następujący sposób:

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpocz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpocz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Lp.	Opis przedmiotu	Producent	J.m.	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów na 2 lata dla wszystkich urządzeń	Cena jednostkowa netto za jeden przegląd	Wartość netto w zł (kol. 6 x kol.7)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto w zł (kol. 8 + kol.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sterylizator parowo-formalinowy HS6610	Getinge	szt.	1	8				
2.	Sterylizator parowy HS6610	Getinge	szt.	1	8				
3.	Sterylizator parowy HS33	Getinge	szt.	1	8				
4.	Suszarka S363	Getinge	szt.	1	8				
5.	Myjnia-dezynfektor S-46-5	Getinge	szt.	2	16*				
6.	Zgrzewarka HM2010DC	Havo	szt.	2	16*				
7.	Zgrzewarka rolkowa RS120WB	Steriking	szt.	1	8				
8.	Myjnia Medisafe	Medim	szt.	1	8				
9.	Myjnia do basenów REVO100HE	Tuttnauer	szt.	3	6**				
10.	Myjnia do basenów KD Z02AP	Meiko	szt.	2	4**				
11.	Myjnia do basenów TORNADO SP 1000	Getinge	szt.	1	2				
* po jednym przeglądzie co kwartał dla każdego urządzenia przez okres 2 lat						RAZEM:			
** po jednym przeglądzie w roku dla każdego urządzenia przez						netto w zł			
yczałtowej za obsługę serwisową (Razem wartość netto/ 24 m-ce)***						brutto w zł			
yczałtowej za obsługę serwisową (Razem wartość brutto/ 24 m-ce)***									
***Oplata zryczałtowana obejmuje wynagrodzenia za wykonane prace konserwacyjne i naprawcze, koszty dojazdu, delegacji i transportu dla dowolnej technicznie uzasadnionej liczby napraw. Oplata nie obejmuje ceny materiałów lub użytych części wykorzystanych do naprawy									

- Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 9 i 10 – Myjnia do basenów REVO100HE, Myjnia do basenów KD 202AP. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w kolumnie I wiersz 9 i 10 i czy wymaga: Wykonywanej usługi przeglądów ze stawką 23% a nie 8%?
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
- Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie urządzeń firmy Getinge do osobnego pakietu. Uzasadnienie: Opisanie przedmiotu zamówienia poprzez objęcie jednym świadczeniem usług serwisowania urządzeń różnych producentów, znacząco narusza zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji. Ponadto, nie ma to żadnego uzasadnienia technicznego ze strony Zamawiającego. Obecny kształt zamówienia uniemożliwia naszej firmie –wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi producenta złożenie konkurencyjnej oferty w tymże zadaniu, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądów.
- Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagał od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów:
- instrukcji serwisowych wytwórcy
 - procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę
 - dokumenty potwierdzające kwalifikacje doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową?
- Odpowiedź:** Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na rynku istnieje więcej renomowanych firm mogących świadczyć usługi w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego odbycie kursu certyfikacyjnego dotyczącego urządzeń określonych w poz. 1, 2, 3 Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ, na wezwanie, w celu potwierdzenia kwalifikacji w związku z powyższym dokonuje modyfikacji zapisów, Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
- Pytanie 4. Zgodnie z najnowszą ordynacją podatkową konserwacja i naprawy urządzeń medycznych objęte są 8 % stawką VAT. Prosimy o modyfikację w formularzu cenowym stawki VAT w pozycjach dotyczących urządzeń medycznych (wszystkie producenta Getinge).
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Zgodnie z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ, Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, jednocześnie przedłużając termin:

składania ofert na 22.01.2021 r. (godzina 10:00),
otwarcia ofert na 22.01.2021 r. (godzina 11:00).

Zmianie ulegają również zapisy ogłoszenia o zamówieniu – ogłoszenie w załączeniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Zapisy SIWZ przyjmują następujące brzmienie:

➤ **Rozdział X. Pkt. 9 SIWZ:**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

„Oferta w postępowaniu na Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji
znajdujących się na wyposażeniu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
nr sprawy: PCZ/ZP/3330/12/2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.01.2021 r. o godz. 11:00”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

➤ **Rozdział XI. Pkt. 1 i 4 SIWZ:**

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Sekretariat Zarządu (Budynek Administracji, I piętro) do dnia 22.01.2021 r. do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Budynek Administracji, I piętro, w pokoju socjalnym, w dniu 22.01.2021 r., o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Prezes Zarządu
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Jankowski

