



Szpital akredytowany



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 30.08.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani  
postępowaniem**

PCZ/ZP/347/2021

Dotyczy: „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3331/2/2021

### Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

- Pytanie 1. Pakiet nr 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 19 w poz. 1-2 siatek polipropylenowych o wielkości porów 1x1,25 mm, reszta parametrów zgodnie z SWZ?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, poz. 1-2: Siatki chirurgiczne do leczenia przepuklin, lekkie, miękkie, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, o dwukierunkowej elastyczności, gramatura: 48,8g/m<sup>2</sup>, grubość siatki: 0,40mm, porowatość maksymalna: 2982 µm, w rozmiarach zgodnych z SIWZ, (bez niebieskich pasów)?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23:
- Taśmy urologiczne jednorazowe, sterylne, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką w ramionach zapobiegającą zakażeniu (brak osłonki w środku na odcinku min. 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi taśm cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)  
**oraz**
  - kompletu igieł spiralnych ze stali chirurgicznej wielorazowego użytku do metody inside-out (igła prawa, lewa) o całkowitej długości 32 cm (w tym długość igły: 21 cm, metalowa rączka: 11 cm, średnica 4 mm)?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek niesterylnych?  
Uzasadnienie: Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

- Pytanie 5. Pakiet nr 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 6. Pakiet nr 3, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 20mm lub 26mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 7. Pakiet nr 3, pozycja 10, 14, 17 - 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą 1/2 koła okrągłą pogrubioną?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 8. Pakiet nr 3, pozycja nr 14, 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 40mm lub 48mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 9. Pakiet nr 3, pozycja nr 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą haczykową okrągłą przyostrzoną wzmocnioną (nie pogrubioną)?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 10. Pakiet nr 4 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby szwy były od jednego producenta?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 11. Pakiet nr 4, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 1?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 12. Pakiet nr 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 13. Pakiet nr 4, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 14. Pakiet nr 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 15. Pakiet nr 28, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści воск kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynianu izopropylowego – 20%?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 16. Pakiet nr 16, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 29mm i 32mm, z łamaną główką z ręczną regulacją wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,0-2,5mm za pomocą pokrętła motylkowego w rękojeści (wskaźnik optymalnego zamknięcia zszywki w staplerze).  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 17. Pakiet nr 16, poz. 3-4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych automatycznych, dwudźwigowych, załadowanych zszywkami obłyymi do tkanki grubej, ze zintegrowanym, wysuwanym automatycznie lub ręcznie pinem blokującym.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 18. Pakiet nr 16, poz. 5-16: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku (oraz adekwatnych ładunków), gumowaną rękojeścią, możliwością obustronnego odpalenia staplera. Nóż po wystrzale automatycznie chowany w plastikową pochewkę.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 19. Zadanie nr 23 – Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:  
Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in:  
Parametry:  
1. System całkowicie jednorazowy, sterylny  
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma:  
  - Długość – 420 mm
  - Szerokość – 13 mm
  - Grubość – 0,51 mm
  - Gramatura – 90 g/m<sup>2</sup>
  - Rozmiar porów – 500-1000
  - Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizującej tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji  
4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną.  
5. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia  
6. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej  
7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, metodą out-in oraz in-out.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 20. Zadanie 23 – Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:  
Taśma podcewkowa TOT – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet  
Parametry:  
1. System całkowicie jednorazowy, sterylny  
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma:  
Szerokość – 1-3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura – 62 g/m<sup>2</sup>.  
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy  
4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną  
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy  
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte w technice out-in oraz in-out  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 szt. próbki niesterylnej z uwagi na ten sam rodzaj siatki różniący się tylko rozmiarem? W razie braku zgody na próbkę niesterylną prosimy o możliwość dostarczenia 1 szt. próbki do pakietu 21.  
**Uzasadnienie:**  
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 22. Pakiet nr 5 – Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 23. Pakiet nr 5, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 24. Pakiet nr 6, 7, 13 – Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40% i okresie wchłaniania max. 120 dnia, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 25. Pakiet nr 11 – Czy Zamawiający dopuści nitkę syntetyczną monofilamentową wchłaniałną, bez powleczenia antybakteryjnego, o sile podtrzymywania tkankowego 65-70% po 28 dniach i okresie całkowitego wchłaniania do 210 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 26. Pakiet nr 14 – Czy Zamawiający dopuści nitkę syntetyczną monofilamentową wchłaniającą, o sile podtrzymywania tkankowego 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach i okresie całkowitego wchłaniania do 210 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 27. Pakiet nr 16 poz. 1 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 29 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z regulacją docisku zaszywek z zakresie 1,6-2,4 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 28. Pakiet nr 16 poz. 2 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 32 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z regulacją docisku zaszywek w zakresie 1,8 – 2,6 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 29. Pakiet nr 19 poz. 3 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy 60 mm, o długości linii szwu 59 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z okrągłego drutu, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem , 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykającą – spustową?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 30. Pakiet nr 16 poz. 4 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy z nożem 60 mm, dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z okrągłego drutu, wysokość zszywek 4,8mm, łącznie do 8 strzałów z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowa, sterylne, jednorazowego użytku?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 31. Pakiet nr 16 poz. 5 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 32. Pakiet nr 16 poz. 6 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 33. Pakiet nr 16 poz. 7 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 34. Pakiet nr 16, poz. 9, 10, 13, 14, 15, 16 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunki do staplera liniowego z nożem, wykonane z okrągłego drutu, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 35. Pakiet nr 16 poz. 11 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 36. Pakiet nr 16 poz. 12 – Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 37. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli – potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.  
Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.  
**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SWZ z pełnomocnictwa winno wynikać prawo do podpisania oferty oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być zgodne z § 6 ust. 3 „Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego” na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
- Pytanie 38. Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 2 dopuści igłę pogrubioną?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 39. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści nić polipropylenowo - polietylenową?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 40. Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 1,2 dopuści igłę o długości 30mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 41. Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści nici o okresie wchłaniania 13-36 miesięcy?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 42. Czy Zamawiający w pakiecie 9, poz. 1 dopuści nić o długości 70 cm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 43. Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści wosk będący mieszaniną wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) o gramaturze 2,95?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 w poz. 1 oraz 2 siatkę polipropylenową lekką 43,7g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy w następujący sposób:  
§ 7  
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  
1.1 w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 8 umowy;  
1.2 gdy Zamawiający lub Wykonawca rozwiąże umowę w całości lub w danej części z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej całości lub części umowy  
1.3 w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 8 umowy;

- 1.4 w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) terminowi określonego w §2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 8 umowy;
- 1.5 gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej całości lub części umowy
- 1.6 w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1 w wysokości **0,5%** wartości brutto **niedostarczonej w terminie części zamówienia**, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia. (...)**

1.2 w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy (...)**

1.4 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) terminowi określonego w § 2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia (...)**

1.6 w wysokości **50,00 zł brutto** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 2 dopuści igłę o dł. 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 5 dopuści igłę o długości 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51. Czy w pakiecie 1 w poz. 7 dopuści igłę o dł. 45 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 2, 5, 7? Dostarczenie próbek do pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortymentu.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 1 dopuści igłę o dł. 9 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 54. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 2 dopuści krzywiznę igły 3/8 koła? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 55. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 8 dopuści igłę o długości 40 mm z nitką o długości 100cm? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 56. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 1,8? Dostarczenie próbek do pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortymentu.  
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 57. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 22 dopuści nić o długości 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 58. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 24 dopuści nić o długości 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 59. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 29 dopuści igłę okrągłą pogrubioną? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 60. Czy Zamawiający w pakiecie 3 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 22, 24, 29? Dostarczenie próbek do pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortymentu.  
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 61. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 11 dopuści igłę o długości 37mm? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 62. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 11,12? Dostarczenie próbek do pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortyment.  
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 63. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 odstąpi od wymogu złożenia próbki do poz. 1,5? Dostarczenie próbek do pozostałych pozycji w naszym mniemaniu w pełni pozwoli zweryfikować Zamawiającemu jakość dostarczonego asortymentu.  
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczony w całości zgodnie z SWZ przy zachowaniu wymaganych terminów dostaw.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 64. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 dopuści pętlę endoskopową wykonaną z glikolidu i laktydu okres wchłaniania 56-70 dni, wytrzymałość 75% po 14 dniach, długość 53 cm, grubość 0?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 65. Dotyczy Pakietu nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów nowszej generacji tzn. nici wchłaniającej, syntetycznej, plecionej, z poliglaktyny 910, powlekanej poliglaktyny 910, powlekanej poliglaktyną 370 i sterynianem wapnia o podtrzymaniu tkankowym min 50% po 5 dniach, wchłaniającej max do 52 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 66. Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 ze szwem z igłą okrągłą 1/2 koła 48 mm odporna na złamanie lub wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych o czym będzie mógł się Zamawiający przekonać na podstawie dostarczonych próbek?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 67. Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 5 ze szwem z igłą 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 68. Pakiet nr 1 - - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 7 ze szwem z igłą 40 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 69. Pakiet nr 2 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 i 2 ze szwem z igłą podwójną 13 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 70. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 – 29 ze szwem nowszej generacji tzn. szwem syntetycznym, plecionym z poliglaktyny 910, powlekanym poliglaktyną 370 oraz sterynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni, przez pierwszych 14 dni 75%, a pierwszych 21 dni 50%, o całkowitej absorpcji masy szwu od 56 do 70 dnia?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 71. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 5 ze szwem z igłą 21 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 72. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 12 ze szwem z igłą okrągłą 30 mm bez określenia pogrubiona, ale odporna na złamanie lub wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych o czym Zamawiający będzie się mógł przekonać na podstawie dostarczonych próbek?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 73. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 13 ze szwem o długości 70 cm (tolerancja dopuszcza szew 72cm)?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 74. Pakiet nr 3 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 19 z nitką grubości o 1 z igłą 80 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 75. Dotyczy pakietu nr 5 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1, 2 ze szwem z igłą 30 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 76. Dotyczy Pakietu nr 6 – zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1-5 ze szwem wchłaniającym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60-80%, po 14 dniach 40-30%, o całkowitej absorpcji masy szwu do 120 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 77. Dotyczy Pakietu nr 6 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4 ze szwem z igłą 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?



**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 78. Dotyczy Pakietu nr 7 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-3 ze szwem wchłanianym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60-80%, po 14 dniach 40-30%, o całkowitej absorpcji masy szwu od 90 do 120 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 79. Dotyczy Pakietu nr 7 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4 ze szwem z igłą 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 80. Dotyczy Pakietu nr 13 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem wchłanianym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60-80%, po 14 dniach 40-30% o całkowitej absorpcji masy szwu do 120 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 81. Dotyczy Pakietu nr 13 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą prostą konwencjonalnie tnącą 60mm 70cm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 82. Dotyczy Pakietu nr 14 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem wchłanianym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 70%, po 28 dniach 50-60%, o całkowitej absorpcji masy szwu od 180 – 220 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 83. Dotyczy Pakietu nr 15 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem wchłanianym, monofilamentowym, syntetycznym o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 70%, po 28 dniach 50-60% o całkowitej absorpcji masy szwu do 220 dni?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 84. Dotyczy Pakietu nr 1 – 7, 12 – 15: Czy w związku z zapisem „**Brak efektu pamięci nitki po wyjęciu (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się)**” – Zamawiający wymaga opakowań zmniejszających pamięć szwu typu Realy tzn.: nici nawiniętej na okrągło na plastikową tackę?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 85. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1, 2 ze staplerem okrężnym, z automatyczną regulacją docisku zszywek bez łamanego kowadełka ponieważ ostatnie badania nie potwierdzają, że stapler z łamaną główką po oddaniu strzału zwiększa bezpieczeństwo podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, a wręcz odwrotnie może to zespolenie naruszyć?! Obecny zapis uniemożliwia złożenie oferty większej ilości oferentów co jest nieekonomiczne dla Zamawiającego.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 86. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga staplerów okrężnych dwa czy trzyrzędowych?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 87. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 ze staplerem o średnicy 29 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 88. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty: w pozycji 2 ze staplerem o średnicy 32mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 89. Dotyczy Pakietu nr 16 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3 ze automatycznym staplerem liniowym o długości linii cięcia 60 mm i dla bezpieczeństwa zespolenia długości szwu 64 mm z dołączonym ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm) bez jego wstępnego załadowania z jedną dźwignią zamykającą – spustową ułatwiającą użycie – obsługa jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie i zwalnianie)?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 90. Dotyczy Pakietu nr 16 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga staplera liniowego szyjącego czy staplera liniowego tnącego – szyjącego?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 91. Dotyczy Pakietu nr 19 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w poz. 1 i 2 z siatką płaską z polipropylenu o makroporowej strukturze z zaokrąglonej brzegami siatki o dwukierunkowej elastyczności:  
- o grubości 0,6 mm,  
- o wielkości porów 2,3x1,5mm  
- o wadze 55g/m<sup>2</sup>?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 92. Dotyczy Pakietu nr 20 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego jakiej wymaga siatki np. makroporowej tzn. o min. wielkości porów 2,3x1,5mm i gramaturze do 55 g/m<sup>2</sup> zaokrąglonymi brzegami o dwukierunkowej elastyczności?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Zatwierdził**

**Wiceprezes Zarządu  
lek. med. Urszula Marjańska**