



Szpital akredytowany



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 25.10.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/417/2021

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3331/5/2021

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja zapisów SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 1, art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawę sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

- Pytanie 1. Pytanie nr 1, poz. 7 Przedmiot Zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza Sondę bipolarną widelec prostą (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15,5 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, gdzie opakowanie zbiorcze zawiera 10 sterylnych sztuk?
- Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapisy Formularza cenowego oraz parametrów sprzętu medycznego – Załącznik nr 2 do SWZ, w ten sposób iż w poz. 7 Przedmiotu Zamówienia wymaga dla sondy bipolarnej widelec prostej (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15,5 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów 1 opakowania.

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr **KRS 0000384815**

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

"Dostawa sprzętu medycznego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach po modyfikacji
CPV: 33.10.00.00-1, 33.16.90.00-2

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł)	Producent	Model/ typ/ Nazwa handlowa/ nr katalogowy produktu/ (wpisać właściwe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Monitor nerwów 4 - kanałowy system EMG do monitorowania nerwów ruchowych	kpl.	1			8%			
2.	Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, dł. 4 m, 4 kanały z uziemieniem, produkt wielorazowy	szt.	1			8%			
3.	Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5 cm dł. całkowita 15 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny	szt.	1			8%			
4.	Przewód do sond stymulacyjnych, dł. 4 m, produkt autoklawowalny	szt.	1			8%			
5.	Kaseta sterylizacyjna (267 x 159 x 16) z tworzywa sztucznego	szt.	1			8%			
6.	Elektroda 4 - kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7 - 9, w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10 szt.	opak.	1			8%			
7.	Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10 szt.	opak.	1			8%			
					Razem:				

Pytanie 2. Pytanie 2, poz. 32 Akcesoria. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować wymaganą ilość jednorazowej sondy bipolarnej mikrowidelec (dł. robocza 4,5 cm z wbudowanym przewodem), do bezpośredniej stymulacji nerwów?

Uzasadnienie:

W Przedmiocie zamówienia poz. 7 wymagana ilość, to 20 sztuk, w Akcesoriach, poz. 32 wymagana ilość, to 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził

**Wiceprezes Zarządu
lek. med. Urszula Marjańska**