



Szpital akredytowany



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 16.11.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani  
postępowaniem**

PCZ/ZP/431/2021

Dotyczy: „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3331/5/2021

### Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

- Pytanie 1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
    - 1.1 w wysokości **0,5%** wartości brutto **niedostarczonego zamówienia**, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia. (...)**
    - 1.3 w wysokości **0,5%** wartości **brutto reklamowanej części** dostawy, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy (...)**.
    - 1.4 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) terminowi określonego w § 2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia (...)**
    - 1.6 w wysokości **50,00 zł brutto** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**
- Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wosk wykonany z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 5.** **Pakiet nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 29 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z regulacją docisku zaszywek w zakresie 1,6 - 2,4 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 6.** **Pakiet nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy 32 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z regulacją docisku zaszywek w zakresie 1,8 - 2,6 mm?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 7.** **Pakiet nr 3 poz. 3** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy 60 mm, o długości linii szwu 59 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 8.** **Pakiet nr 3 poz. 4** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy 45 mm, o długości linii szwu 42,5 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, wysokość otwartych zszywek 4,8mm, łącznie do 8 strzałów z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowa, sterylny, jednorazowego użytku?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 9.** **Pakiet nr 3 poz. 5** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy z nożem 100 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, po obu stronach cięcia na całej długości, wysokość otwartych zszywek 3,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 10.** **Pakiet nr 3 poz. 6** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy z nożem 80 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, po obu stronach cięcia na całej długości, wysokość otwartych zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 11.** **Pakiet nr 3 poz. 7** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy z nożem 60 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, po obu stronach cięcia na całej długości, wysokość otwartych zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 12.** **Pakiet nr 3 poz. 8** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy z nożem 60 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, pdwójna linia zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, po obu stronach cięcia na całej długości, wysokość otwartych zszywek 3,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 13.** **Pakiet nr 3 poz. 9, 10, 13, 14, 15, 16** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunki do staplera liniowego z nożem, wykonane z okrągłego drutu, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 14. **Pakiet nr 3 poz. 11** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, 80 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 15. **Pakiet nr 3 poz. 12** - Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler liniowy, jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, 100 mm, ładowany, do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia zszywek wykonanych ze stopu tytanu po obu stronach cięcia, na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 16. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 1, obok istniejących zapisów, staplera okrężnego jednorazowego o średnicy 28 mm, zakrzywionego z kowadłkiem sztywnym oraz manualną regulacją docisku zszywek umożliwiającą określenie poziomu kompresji tkanek.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 17. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 2, obok istniejących zapisów, staplera okrężnego jednorazowego o średnicy 32 mm, zakrzywionego z kowadłkiem sztywnym oraz manualną regulacją docisku zszywek umożliwiającą określenie poziomu kompresji tkanek.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 18. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 3, obok istniejących zapisów, jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 19. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 4, obok istniejących zapisów, jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 46mm, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 20. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 5, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z nożem, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść antypoślizgowa.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 21. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 6, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z nożem, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść antypoślizgowa.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 22. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 7, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z nożem, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 4,5 mm, rękojeść antypoślizgowa.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 23. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 8, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z nożem, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronnach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 3,8 mm, rękojeść antypoślizgowa.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 24. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 9, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 60mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 3,8mm.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 25.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 10, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 60mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 4,5mm.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 26.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 11, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z nożem, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 4,5 mm, rękojeść antypoślizgowa.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 27.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 12, obok istniejących zapisów, staplera liniowego, jednorazowego, z nożem, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, pdwójna linia tytanowych zszywek po obu stronach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, wysokość zszywek 4,5 mm, rękojeść antypoślizgowa.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 28.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 13, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 100mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 4,5mm.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 29.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 14, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 100mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 3,8mm.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 30.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 15, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 80mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 3,8mm.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 31.** Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 16, obok istniejących zapisów, ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 80mm, zszywki tytanowe, wysokość zszywek 4,5mm.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 32.** W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SWZ z pełnomocnictwa winno wynikać prawo do podpisania oferty oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być zgodne z § 6 ust. 3 „Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego” na podstawie art. 70 ustawy Pzp..

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził

Wiceprezes Zarządu  
lek. med. Urszula Marjańska