



Szpital akredytowany



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 11.03.2022 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/89/2022

Dotyczy: „Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/3/2022

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawę wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

Pytanie 1. W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Pakiet nr 1

Lp.1 Uchwyt nr 7 L, dł. bez zmian

Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm

Lp.6 Pinceta o dł. 180 mm

Lp.9 Imadło o dł. 240 mm

Lp.10 Rozwieracz o dł. 150 mm

Lp.10 Rozwieracz o dł. 150 mm

Lp.12 Odgryzacz o dł. 220 mm

Lp.13 Skrobaczka Freer o dł. 190 mm

Lp.15 Kaniula o śr. 2,66 mm

Lp.18 Młotek o dł. 260 mm

Lp.20 Kleszczyki o dł. 145 mm

Lp.21 Kleszczyki o dł. 145 mm

Lp.22,23,24,25,26,27 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe parametry bez zmian

Lp.36 Łyżeczka o dł. 210 mm, fig. 1

Lp.37 Łyżeczka o dł. 210 mm, fig. 2

Lp.38 Łyżeczka o dł. 210 mm, fig. 3

Lp.41 Pinceta bez nazwy własnej, z powłoką nieprzywierająca, szer. 2 mm, dł. 240 mm

Lp.42 i 43 Kontener jako jedna pozycja w komplecie o wym. 590x290x150 mm

Lp.42 i 43 Kontener jako jedna pozycja w komplecie o wym. 590x290x150 mm

Lp.44 Kosz drucziany o wym. 510x255x100 mm

Lp.45 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o wym. 490x240 mm

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2. W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie:

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Pakiet nr 2

- Lp.1 Uchwyt nr 7 L, dł. bez zmian
- Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm
- Lp.6 Pinceta o dł. 180 mm
- Lp.8 Imadło o dł. 240 mm
- Lp.9 Odgryzacz o dł. 220 mm
- Lp.10 Kleszczyki o dł. 145 mm
- Lp.11 Kleszczyki o dł. 145 mm
- Lp.12 Skrobaczka Freer o dł. 190 mm
- Lp.13 Kaniula o śr. 2,66 mm
- Lp.21 Rozwieracz o dł. 105 mm
- Lp.22 Pinceta bez nazwy własnej, z powłoką nieprzywierająca, szer. 2 mm, dł. 240 mm
- Lp.23,25,26.24 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe parametry bez zmian
- Lp.24 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta) o dł. 180 mm
- Lp.28 Odgryzacz o szer. 2,0 mm
- Lp.32 i 33 Kontener jako jedna pozycja w komplecie o wym. 590x290x150 mm
- Lp.34 Kosz druciany o wym. 510x255x100 mm
- Lp.35 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o wym. 490x240 mm

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący:

- Termin dostawy od 1 – 60 dni – 20 pkt
- Termin dostawy od 61 – 80 dni – 10 pkt
- Termin dostawy od 81 – 90 dni – 0 pkt

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Pytanie 4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji i zmiany słów z „...od daty stwierdzenia wad/uszkodzeń.” Na „...od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - 1.1 w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części umowy**, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od czasu odstąpienia,
 - 1.2 w wysokości **0,5%** wartości brutto danej partii przedmiotu umowy w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie partii towaru.** Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 2 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych partii przedmiotu umowy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **0,5%** ich wartości brutto;
 - 1.3 w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od czasu odstąpienia,
 - 1.4 w wysokości **0,5%** wartości brutto danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. **Jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej partii towaru**
Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 2 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości ich wartości brutto;
 - 1.5 w wysokości **75 zł brutto.** w przypadku uchybienia innym terminom określonym w niniejszej Umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zatwierdził

Prezes Zarządu
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak