



Szpital akredytowany



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 17.05.2022 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/135/2022

Dotyczy: „Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/4/2022

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawę wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

Pytanie 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 oraz 2 dopuści wanny do kontenera z wysokości 187mm zamiast 135mm? Pytanie uzasadniamy wymiarem na kerrisony, który Państwo wymagacie. Wysokość tego stojaka wynosi 151mm i nie zmieści się w wannie o wysokości 135mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Pakiet Nr 1

Lp.1 Trzonek nr 7L

Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm.

Lp.6 Pinceta o dł. 190 mm.

Lp.8 Zacisk o dł. 105 mm.

Lp.9 Imadło o dl. 240 mm.

Lp.10 Rozwieracz o dł. 150 mm.

Lp.11 Rozwieracz Adson d. 200 mm, szerokość 25 mm, 4x4 zęby

Lp.12 Odgryzacz o szer. 10 mm, dł. 230 mm.

Lp.13 Skrobaczka Freer, dł. 190 mm.

Lp.15 Kaniula Frazier (Fergusson), śr. 2,66 mm.

Lp.16 Kaniula Frazier (Fergusson)

Lp.18 Młotek o dł. 260 mm.

Lp.20 Kleszczyki o dł. 160 mm.

Lp.21 Kleszczyki o dł. 160 mm.

Lp.22,23,24,25,26,27 Odgryzacze o kącie zagięcia 40 st. (odpowiednik 130 st, inny pomiar kąta).

Lp.28 Odgryzacz o dł. 180 mm.

Lp.29 Odgryzacz o dł. 180 mm.

Lp.30 Odgryzacz nieczerniony, dł. 180 mm.

Lp.31 Odgryzacz nieczerniony, dł. 180 mm.

Lp.33 Odgryzacz nieczerniony, dł. 180 mm.

Lp.34 Odgryzacz nieczerniony, dł. 185 mm.

Lp.35 Odgryzacz nieczerniony, dł. 185 mm.

Lp.36 Łyzeczka fig.1 dł. 210 mm.

Lp.37 Łyzeczka fig.2 dł. 210 mm.

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Lp.38 Łyżeczka fig.3 dł. 210 mm.

Lp.41 Pinceta Magic non stick z powierzchnią nieprzywierającą , szer. 2 mm, dł. 240 mm.

Lp.42 i 43 Kontener jako jedna pozycja w komplecie wym. 590x290x150 mm, pokrywa w kolorze czerwonym.

Lp.44 Kosz druciany o wym. 510x2525x100 mm.

Lp.45 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3. W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Pakiet nr 2

Lp.1 Trzonek nr 7L

Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm.

Lp.6 Pinceta o dł. 190 mm.

Lp.8 Imadło o dl. 240 mm.

Lp.9 Odgryzacz o szer. 10 mm, dł. 230 mm.

Lp.10 Kleszczyki o dł. 160 mm.

Lp.11 Kleszczyki o dł. 160 mm.

Lp.12 Skrobaczka Freer, dł. 190 mm.

Lp.13 Kaniula Frazier (Fergusson), śr. 2,66 mm.

Lp.14 Kaniula Frazier (Fergusson).

Lp.18 Haczyk Mannerfelt, pozostałe wymogi bez zmian.

Lp.21 Rozwieracz o dł. 105 mm.

Lp.22 Pinceta Magic non stick z powierzchnią nieprzywierającą , szer. 2 mm, dł. 240 mm.

Lp.23,24,25,26,27 Odgryzacze o kącie zagięcia 40 st. (odpowiednik 130 st, inny pomiar kąta).

Lp.28 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Lp.29,30,31 Odgryzacze nieczernione, pozostałe wymagania bez zmian.

Lp.32 i 33 Kontener jako jedna pozycja w komplecie wym. 590x290x150 mm, pokrywa w kolorze czerwonym.

Lp.34 Kosz druciany o wym. 510x2525x100 mm.

Lp.35 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący:

1-60 dni – 10 pkt

61-90 dni – 5 pkt.

91-120 dni – 0 pkt.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1. w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od czasu odstąpienia,

1.2. w wysokości **0,5%** wartości brutto danej partii przedmiotu umowy w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danej partii przedmiotu umowy**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 2 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych partii przedmiotu umowy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **1,5%** ich wartości brutto;

1.3. w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od czasu odstąpienia,

1.4. w wysokości **0,5%** wartości brutto danej **wadliwej** partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii zamówionego towaru**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 2 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **1,5%** ich wartości brutto;

1.5. w wysokości **50 zł** w przypadku uchybienia innym terminom określonym w niniejszej Umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7. Dotyczy: Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy, Pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pełni równoważny, o identycznych lub zbliżonych parametrach, następujący zestaw:

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 1. | UCHWYT SKALPELA NR 3L DŁUGOŚĆ 210mm TRZONEK DŁUGI I WĄSKI | szt. | 1 |
| 2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135MM | szt. | 1 |
| 3. | NOŻYCKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 1 |
| 4. | NOŻYCKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA | szt. | 1 |
| 5. | PINCETA BAGNETOWA CZĘŚĆ ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1 |
| 6. | PINCETA BAGNETOWA GŁADKIE SZCZĘKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 1 |
| 7. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 1 |
| 8. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | szt. | 1 |
| 9. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 240 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | szt. | 1 |
| 10. | ROZWIERACZ TYP MOLLISON OSTRY DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 1 |
| 11. | ROZWIERACZ WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY SZEROKOŚĆ 23 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 165 MM | szt. | 1 |
| 12. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE DŁ. 220 MM 8 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 17 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYM | szt. | 1 |
| 13. | SKROBACZKA TYP FREER-YASARGIL ,DWUSTRONNA OSTRA DŁ. 185 MM. | szt. | 1 |
| 14. | RASPATOR TYP JANSEN, SZER. 15 MM, DŁ. 165 MM | szt. | 1 |
| 15. | KANIULA SSAĆCA FRAZIER ŚR.2,5MM | szt. | 1 |
| 16. | KANIULA SSAĆCA FRAZIER ŚR:4,0MM | szt. | 1 |
| 17. | DŁUTO KOSTNE PŁASKIE TYP PARTSCH DŁ. 170 MM SZEROKOŚĆ 4 MM | szt. | 1 |
| 18. | MŁOTEK RĘKOJEŚĆ PLASTIKOWA, GŁÓWKA Z NAKŁADKĄ PLASTIKOWĄ.GŁOWICA-ŚR.32MM 260MM | szt. | 1 |
| 19. | RETRAKTOR LOVE DO KORZONKÓW NERWOWYCH ODGIĘTY 900 5X175MM | szt. | 1 |
| 20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 2 |
| 21. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 2 |
| 22. | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,2MM | szt. | 1 |
| 23. | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,3MM | szt. | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 24. | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,3MM | szt. | 1 |
| 25. | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,4MM | szt. | 1 |
| 26. | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,5MM | szt. | 1 |
| 27. | KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,200MM,5MM | szt. | 1 |
| 28. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 2MM | szt. | 1 |
| 29. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 2MM | szt. | 1 |
| 30. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | szt. | 1 |
| 31. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 3MM | szt. | 1 |
| 32. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 4MM | szt. | 1 |
| 33. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 4MM | szt. | 1 |
| 34. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 5MM | szt. | 1 |
| 35. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 5MM | szt. | 1 |
| 36. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 250 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM | szt. | 1 |
| 37. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 250 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM | szt. | 1 |
| 38. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 210MM FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM | szt. | 1 |
| 39. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | szt. | 1 |
| 40. | HACZYK DO NERWÓW TYP CUSHING,90°,6MM,280MM | szt. | 1 |
| 41. | PINCETA DWUBIEGUN BAGNETOWE DŁ 240MM | szt. | 1 |
| 42. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 580X280X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | szt. | 1 |
| 43. | POKRYWA KONTENERA SREBRNA TYPU PRIMELINE PRO ROZMIAR 1/1. FILTRY NA MIN.1200 CYKLI STERYLIZACJI | szt. | 1 |
| 44. | KOSZ STAŁOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X240X90MM | szt. | 1 |
| 45. | STOJAK DO ODGRYZACZY KOSTNYCH - KERRISONÓW | szt. | 1 |

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zatwierdził

Wiceprezes Zarządu
lek. med. Urszula Marjańska