



Poddębice, dnia 25.01.2024 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/ 25 /2024

Nr sprawy: PCZ/ZP/3351/28/2023

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 ZŁOTYCH**

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się.

1. W celu zamówienia na „Dostawy preparatów do dezynfekcji dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddebicach”, które jest dostawą / usługą/ robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się
2. Wartość szacunkowa zamówienia 127 626,00 zł netto.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33631600-8
4. Dla zamówień poniżej 130 000 złotych netto w dniu 12.12.2023 r. na stronie internetowej www.nzozpcz.pl, zaproszono Wykonawców do składania ofert.
5. W terminie do 20.12.2023 r. do godz. 12:00 (otwarcie ofert:20.12.2023 r. godz. 12:01) wpłynęły 3 oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności
1	Bialmed Sp.z.o.o, ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa,dzp@bialmed.pl	Pakiet nr 1- 82 757,16 zł	60 dni
2	Kikgel Sp.z.o.o, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd, biuro@kikgel.com.pl	Pakiet nr 2- 21 204,72 zł	30 dni
3	Schulke Polska Sp. z.o.o, ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, schulke.polska@schuelke.com	Pakiet nr 1- 65 772,00 zł	60 dni

6. Odrzucenie ofert:

„Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. informuje o odrzuceniu:

- a) Oferty nr 1 Bialmed Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa w Pakiecie nr 1, ponieważ treść oferty nie odpowiada warunkom Zapytania ofertowego. W Pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Zamawiający wymagał zaoferowania „Neutralnego preparatu do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno – termicznej (...) pH ok. 3,5-4,5 (...)”, natomiast Wykonawca zaoferował preparat ANIOS RHW producenta ANIOS i załączył kartę charakterystyki z której wynika, iż zaoferowany preparat ma pH 2.1-3.0.

W związku z powyższym Oferta nr 1 Bialmed Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa podlega odrzuceniu w Pakiecie nr 1.

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr **KRS 0000384815**

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

- b) Oferty nr 3 Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa w Pakiecie nr 1, ponieważ treść oferty nie odpowiada warunkom Zapytania ofertowego.

W Pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Zamawiający wymagał zaferowania „Neutralnego preparatu do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno – termicznej (...) pH ok. 3,5-4,5 (...)”, natomiast Wykonawca zaferował preparat Thermosept BSK 5 kg producenta Schulke i załączył katalog z którego wynika, iż zaferowany preparat ma pH 7.

W Pakiecie nr 1 poz. 5 w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Zamawiający wymagał zaferowania „Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. (...), pH 7,5-8,5 (...)”, natomiast Wykonawca zaferował preparat Discleen Endo PAA set (2x4940g + 2x60g (aktywator) + 1x paski testowe 15 szt. producenta Schulke i załączył kartę charakterystyki z której wynika, iż zaferowany produkt Discleen Endo Paa – activator ma pH 6,5-7,0.

W Pakiecie nr 1 poz. 6 w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Zamawiający wymagał zaferowania „Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego . Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannazaza) związek kompleksujący, substancje zapachowe , barwnik oraz substancje pomocnicze. Spektrum : działanie B zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, warunki brudne. Działanie wobec Tbc zgodnie z EN 14348 i 14563, warunki brudne. Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne. Działanie V zgodnie z EN 14476 wobec PRV (surogat HBV) , BVDV (surogat HCV) , Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, warunki brudne w 0,5% w czasie 5 min. Opakowanie a 5l. Wyrób medyczny.”, natomiast Wykonawca zaferował preparat Gigazyme X-tra 5L producenta Schulke i załączył zestawienie badań skuteczności mikrobiologicznej dla preparatu gigazyme x-tra z którego wynika brak potwierdzenia na działanie TBC oraz zakres stężeń nie odpowiadający zapisom Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym Oferta nr 3 Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa podlega odrzuceniu w Pakiecie nr 1.

7. Unieważnienie postępowania w Pakiecie nr 1:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie na „Dostawy preparatów do dezynfekcji dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach” w Pakiecie nr 1 zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.
DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ
Wiceprezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. –
lek. med. Urszulę Marjańską.